

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Filtech

F861

K39_01

2021-02-17 10:20:00.100000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.9 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	1.23
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: