

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Makrite

Sekura-321

H1_1_1

2020-04-21 08:42:29.980000

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Regenerationszyklen | 0.0 |
| Differenzdruck Maske | 23.6 mbar |
| Differenzdruck ohne Maske | 22.0 mbar |
| Volumenstrom | 94.9 L/min |
| Nozzle Pressure | 150.0 mbar |
| NaCl Konzentration | 3.0 w% |
| Setup | Maskenteststand v1.0 |
| Charge | - |
| Durchlass | 3.63 |
| Aerosolkonzentration | 20.39 mg/m ³ |
| Messzeit | 180 sec |
| Druckverlust | 1.6 mbar |



Optische Mängel:

Anmerkungen: