

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Makrite

Sekura-321

H3_1_2

2020-04-21 09:51:28.300000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	23.2 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.8 mbar
Volumenstrom	95.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	5.56
Aerosolkonzentration	20.33 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.4 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen: