


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Makrite	Sekura-321	H1_1_3	2020-04-21 08:55:16.980000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	24.2 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.0 mbar
Volumenstrom	94.7 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	3.44
Aerosolkonzentration	20.44 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	2.2 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen: