

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S011_2

2020-05-22 13:32:41.900000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	0.48 mbar
Volumenstrom	95.1 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	74.56
Aerosolkonzentration	22.55 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: