

# Durchlasstest

Hersteller

Produktname


Probenname

Datum

Zhejiang RunKang Medical Equipment Co., Ltd. SR\_L20\_02

2020-07-14 12:31:11.810000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	-3.6 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	2.24
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: