


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Filtech	F861	K39_05	2021-02-17 10:50:31.030000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.1 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.83
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	60 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: