

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

9501V+

LH330

2020-05-13 10:27:46.890000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.1 mbar
Volumenstrom	14.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	3.97
Aerosolkonzentration	128.95 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: