

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A320

2020-05-12 19:04:30.980000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	0.0 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	170.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	8.26
Aerosolkonzentration	21.25 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: