


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
3M	Aura 9322+	S021_2	2020-05-22 15:13:38.640000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	1.318 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.37
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: