

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A 321

2020-05-12 16:30:12.730000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.7 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	1.49
Aerosolkonzentration	20.37 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: