


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
3M	9501V+	LH333	2020-05-13 09:24:41.770000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.6 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	5.83
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: