

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

9501V+

LH328

2020-05-13 08:48:54.260000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.5 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	2.77
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: