

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S012

2020-04-16 09:20:35.400000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	31.1 mbar
Differenzdruck ohne Maske	30.5 mbar
Volumenstrom	3.0 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	64.58
Aerosolkonzentration	493.56 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.6 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample flow rate 10 sccm