

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S015

2020-04-23 14:06:44.900000

Anzahl Regenerationszyklen	3.0
Differenzdruck Maske	25.3 mbar
Differenzdruck ohne Maske	25.3 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	66.0
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.0 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen: