

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A308

2020-05-11 17:07:15.240000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.9 mbar
Volumenstrom	94.9 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.73
Aerosolkonzentration	22.6 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample flow auf 30 gesetzt