

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

9501V+

LH325

2020-05-13 08:27:54.050000

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Regenerationszyklen | 0.0 |
| Differenzdruck Maske | 1.9 mbar |
| Volumenstrom | 95.0 L/min |
| Nozzle Pressure | 200.0 mbar |
| NaCl Konzentration | 3.0 w% |
| Setup | Maskenteststand v1.0 |
| Charge | - |
| Durchlass | 2.65 |
| Aerosolkonzentration | 22.57 mg/m ³ |
| Messzeit | 180 sec |



Optische Mängel:

Anmerkungen: