

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Missadola Technology

2626-2

UKA02-1

2020-06-08 05:06:04.920000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.6 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	18.07
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: