

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A318

2020-05-11 18:30:34.270000

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Regenerationszyklen | 0.0 |
| Differenzdruck Maske | 2.1 mbar |
| Volumenstrom | 94.7 L/min |
| Nozzle Pressure | 200.0 mbar |
| NaCl Konzentration | 3.0 w% |
| Setup | Maskenteststand v1.0 |
| Charge | - |
| Durchlass | 0.32 |
| Aerosolkonzentration | 22.65 mg/m ³ |
| Messzeit | 180 sec |



Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample Flow runter auf 30