

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A_304

2020-05-11 14:32:25.670000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.15 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.52
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: