


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
3M	9501V+	LH326	2020-05-13 09:46:19.770000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	0.0 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	21.76
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: