

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Makrite

Sekura-321

H2\_1\_1

2020-04-21 09:44:58.100000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	23.4 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.8 mbar
Volumenstrom	95.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	5.5
Aerosolkonzentration	20.33 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.6 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen: