


Durchlasstest

| Hersteller | Produktname | Probenname | Datum |
|------------|-------------|------------|----------------------------|
| Filtech | F861 | K39_04 | 2021-02-17 10:40:55.920000 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Regenerationszyklen | 0.0 |
| Differenzdruck Maske | 2.1 mbar |
| Volumenstrom | 95.0 L/min |
| Nozzle Pressure | 200.0 mbar |
| NaCl Konzentration | 3.0 w% |
| Setup | Maskenteststand v1.0 |
| Charge | - |
| Durchlass | 0.78 |
| Aerosolkonzentration | 22.57 mg/m ³ |
| Messzeit | 180 sec |



Optische Mängel:

Anmerkungen: