

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A309

2020-05-11 17:14:00.340000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.9 mbar
Volumenstrom	94.9 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.7
Aerosolkonzentration	22.6 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen:

Bei Partikelcount auf 30 herabgestzt anstelle von 40