


Durchlasstest

| Hersteller | Produktname | Probenname | Datum |
|------------|-------------|------------|----------------------------|
| Foshan | Esmoo | A322 | 2020-05-12 16:58:56.240000 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Regenerationszyklen | 0.0 |
| Differenzdruck Maske | 0.0 mbar |
| Volumenstrom | 95.0 L/min |
| Nozzle Pressure | 150.0 mbar |
| NaCl Konzentration | 3.0 w% |
| Setup | Maskenteststand v1.0 |
| Charge | - |
| Durchlass | 13.52 |
| Aerosolkonzentration | 20.37 mg/m ³ |
| Messzeit | 180 sec |



Optische Mängel:

Anmerkungen: