

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Foshan

Esmoo

A\_306

2020-05-11 14:44:54.680000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.61 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.35
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: