

# Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

Berner

K15\_3

2020-07-31 03:38:29.680000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.7 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	2.86
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: