RELATÓRIO DE ANÁLISE DE URINA

Nome do Laboratório:	Please fill it in SETTINGS/Maintenance menu !

ID da amostra:	CIQ 1 - 25-11-2025	Resultado geral do CQ do Sedim	Passou
Nome do paciente:	QC_LOW	N° de tipos de partículas +:	0
Data&Hora:	25/11/2025 5:12:04 PM	N° de imagens avaliadas:	10/10
Sedimento medido por:	Operator	Raque:	54
Validado por:	Operator	Tubo:	1
Enviado para o LIS por:	-	Sediment Serial Number:	URP05000040
Exportado por:	-	Microscopy mode:	Automatic
Impresso por:	Operator		

Número de Lote do CQ:	98041
Tipo de Líquido do CQ:	Biorad Liquichek
Data de vencimento do CQ	30/9/2026

RESULTADO DO CQ DO SEDIMENTO

		p/µL	*+/-*	*Limite (p/µL)*
RBC	Red Blood Cells	0,0	Passou	0 .. 5
WBC	White Blood Cells	0,0	Passou	0 .. 5

Comentário: Test passed!

Fator de Diluição: 1,0

DATA : 25/11/2025 5:10:52 PM
ID : CIQ 1 - 25-11-2025
NOME : QC Low
COMENTÁRI :
DILUIÇÃO : 1,0

Particula	Categoria	p/uL	Limite (p/uL)

PAD	Category	Result	Unit
BIL	neg	neg	mg/dL
UBG	norm	norm	mg/dL
KET	neg	neg	mg/dL
ASC	neg	neg	mg/dL
PRO	neg	neg	mg/dL
BLD	neg	neg	Ery/uL
PH	5.5	5.5	
NIT	neg	neg	
LEU	neg	neg	Leu/uL
GLU	norm	norm	mg/dL
SG		1.016	
Turbidity	Clear		
Color	Yellow		

Strip Lot number : 2667/1850
Strip name : LabStrip U11Plus GL
Strip expiration date : 20260514235959

QC Número do Lote : 98041
QC Tipo do liquido : Biorad Liquichek
QC Data de vencimento: 30/9/2026

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE URINA

Nome do Laboratório:	Please fill it in SETTINGS/Maintenance menu !
ID da amostra:	CIQ 2 - 25-11-2025
Nome do paciente:	QC_HIGH
Data&Hora:	25/11/2025 5:12:20 PM
Sedimento medido por:	Operator
Validado por:	Operator
Enviado para o LIS por:	-
Exportado por:	-
Impresso por:	Operator

Resultado geral do CQ do Sedim	Passou
N° de tipos de partículas +:	0
N° de imagens avaliadas:	10/10
Raque:	54
Tubo:	2
Sediment Serial Number:	URP05000040
Microscopy mode:	Automatic

Número de Lote do CQ: 98042
Tipo de Líquido do CQ: Biorad Liquichek
Data de vencimento do CQ30/9/2026

RESULTADO DO CQ DO SEDIMENTO

		p/µL	*+/-*	*Limite (p/µL)*
RBC	Red Blood Cells	771,3	Passou	250 .. 1100
WBC	White Blood Cells	112,2	Passou	35 .. 195

Comentário: Test passed!

Fator de Diluição: 1,0

DATA : 25/11/2025 5:11:03 PM
ID : CIQ 2 - 25-11-2025
NOME : QC High
COMENTÁRI:
DILUIÇÃO : 1,0

Particula	Categoria	p/µL	Limite (p/µL)

PAD	Category	Result	Unit
BIL	+++	6	mg/dL
UBG	+++	8	mg/dL
KET	++	50	mg/dL
ASC	neg	neg	mg/dL
PRO	+	30	mg/dL
BLD	+++	300	Ery/uL
PH	6.5	6.5	
NIT	+	pos	
LEU	+++	500	Leu/uL
GLU	++++	1000	mg/dL
SG		1.026	
Turbidity	Clear		
Color	Brown		

Strip Lot number : 2667/1850
Strip name : LabStrip U11Plus GL
Strip expiration date : 20260514235959

QC Número do Lote : 98042
QC Tipo do liquido : Biorad Liquichek
QC Data de vencimento: 30/9/2026