

EETT 202.007 — CARRO DE CARGA

Hospital San Luis de Buin - Paine — Mobiliario No Clínico

Antecedentes	
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE
ÍTEM	200011
CÓDIGO UMDNS	N/A
FAMILIA	ELEMENTOS MENORES
NOMBRE	CARRO DE CARGA
CANTIDAD	1

#	Especificación Técnica	Tipo de Requerimiento
CARACTERISTICAS		
1.1	Carro de carga tipo mesa hidráulica	OBLIGATORIO
1.2	De acero altamente resistente	OBLIGATORIO
1.3	De accionamiento hidráulico	OBLIGATORIO
1.4	Capacidad de carga de al menos 600 kg	OBLIGATORIO
1.5	Dimensiones: 120 x 60 cm aprox.	OBLIGATORIO
1.6	Altura regulable. Rango: 50 - 150 cm aprox.	OBLIGATORIO
1.7	Sistema de ascenso y descenso operado manualmente de manera fácil e intuitiva	OBLIGATORIO
1.8	4 ruedas de al menos 10 cm de diámetro, de doble giro y sistema de freno	OBLIGATORIO
1.9	Asa o mango ergonómico que permita direccionamiento y movimiento	OBLIGATORIO
CERTIFICACIONES		
2.1	Cumple norma CE o FDA (Adjuntar certificado)	OBLIGATORIO
2.2	Certificación ISO: 9001, 13485 y/o 14001 vigente (Adjuntar certificado)	DESEABLE