

EETT 204.008 — SILLA NIDO

Hospital San Luis de Buin - Paine — Mobiliario No Clínico

Antecedentes	
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE
ÍTEM	200044
CÓDIGO UMDNS	N/A
FAMILIA	ELEMENTOS MENORES
NOMBRE	SILLA NIDO
CANTIDAD	13

#	Especificación Técnica	Tipo de Requerimiento
CARACTERISTICAS		
1.1	Descripción: Silla nido para área párvulos	OBLIGATORIO
1.2	Dimensiones: Estándar	OBLIGATORIO
1.3	Material: Estructura metálica firme de 15 mm de diámetro mínimo (o calidad superior). Asiento lona con esponja o calidad superior. Debe permitir el retiro del asiento para lavar. Debe considerar tirantes de seguridad así como cinturón con broche plástico	OBLIGATORIO
1.4	Terminación: Acabado cromado o revestido en plástico	OBLIGATORIO
1.5	Debe cumplir con normativa JUNJI	OBLIGATORIO