

EETT 203.020 - SOPORTE DE ROLLO DOBLE

Hospital San Luis de Buin - Paine - Mobiliario No Clínico

Antecedentes	
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE
ÍTEM	200048
CÓDIGO UMDNS	N/A
FAMILIA	ELEMENTOS MENORES
NOMBRE	SOPORTE DE ROLLO DOBLE
CANTIDAD	2

#	Especificacion Tecnica	Tipo de Requerimiento
CARACTERISTICAS		
1.1	Descripción: Soporte para rollos doble para área de empaque en esterilización. Considera ruedas	OBLIGATORIO
1.2	Dimensiones: 150 x 60 x 120 (largo x ancho x alto) ± 5 cm	OBLIGATORIO
1.3	Material: Acero inoxidable calidad AISI 304 o superior. Considera 4 ruedas giratorias	OBLIGATORIO
1.4	Debe cumplir con todas las normas de calidad asociadas a este tipo equipamiento	OBLIGATORIO