



Abbott Laboratories de Mexico S.A. de C.V.
Calzada de Talpan #3092
Col. Ex-Hacienda Coapa
Delegacion Benito Juarez. CP 04100. CDMX.
Call Center: 01-800-723-8397 / 5599-2999
crcallcenter@abbott.com

Account	LABORATORIO ARCA / TOMASA AVILA MEMETLA	Fecha Recepción	07/06/2024, 7:00 a.m.
Customer Number	703250-0	Fecha Cierre del Servicio	
Dirección	Calle Josefa Ortiz de Dominguez Mz 5 Lote 12 esquina con Calle Aquiles Serdan Col. San Isidro, CDMX, CDMX 16739, MEXICO	Nº de Servicio	196092
Instrumento	ALNTY CI-SERIES SYS CNT - 214	Activo	SCM25290
Nº de Ticket	1997913202406	Descripcion del Problema	TSB-214-032
Tipo de Servicio	Demand		

Partes Utilizadas/Reemplazadas

Numero de Parte/Lista	Descripcion de la Parte	Acción Realizada	Razon de la Accion	Quantity
Tipo de Actividad	Hora de Inicio	Hora de Finalizacion	Cantidad/Horas	
Travel	07/06/2024, 8:00 a.m.	07/06/2024, 10:00 a.m.	1.99	
TSB	07/06/2024, 10:00 a.m.	07/06/2024, 12:00 p.m.	1.99	
Descripcion de la Parte	Accion Realizada		Cantidad/Horas	Costo
/			1.99	0
/			1.99	0
Total Traslado	0			
Total Labor	0			
Total Partes	0			
Total	0			

Notas del Ticket

Comentarios	Fecha de creación
Se realiza instalación de Abbottlink de acuerdo a TSB-214032/D Abbottlink software versión 5.2 Se confirma conexión en axeda/thingworx	07/06/2024, 1:49 p.m.

Firmas

Ing Javier Castro
Abbott

Q. David Molotla
Cliente