

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ № 26
дефектоскоп УД2-102 № 4428, 27.02.25 12:25, Версия 6.42

Типовой вариант 731 Шифр оператора 00

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Частота УЗК, МГц 2.5
Скорость УЗК, м/с 5900
Толщина, мм 0.0
Ампл. зонд. низкая
Отсечка, % 5
Блокировка отключена

ПЭП
№ ПЭП 244013
вкл. ПЭП совмещ.
Угол ввода, град. 0
Время в ПЭП, мкс 2.50

Чувствительность

Усиление, дБ 71
Треб. чувств., дБ -60
Факт. чувств., дБ -60
Доп. усиление, дБ 6
Вкл. доп. усиления -

Развертка

Тип 120%
Длительность Y2336.4мм,R2336.4мм,T792.0мкс
Задержка Y0.0мм,R0.0мм,T0.0мкс
W-развертка -
Огибающая -

Луна

Вкл. -
Вид руч.мет.

Настройка по СО

Нач. зоны ВС Y36.6мм,R36.6мм,T12.4мкс
Конец зоны ВС Y79.7мм,R79.7мм,T27.0мкс

Зона ВС 1

Начало Y1700.1мм,R1700.1мм,T576.3мкс
Конец Y1900.1мм,R1900.1мм,T644.1мкс
Метод эхо
Порог, % 50

Зона ВС 2

Начало Y1952.9мм,R1952.9мм,T662.0мкс
Конец Y1952.9мм,R1952.9мм,T662.0мкс
Метод нет
Порог, % 50

АРУ

Вкл. -
Начало Y0.0мм,R0.0мм,T0.0мкс
Конец Y0.0мм,R0.0мм,T0.0мкс

ВРЧ

Тип ВРЧ отключена
Индикация -
Начало Y1000.1мм,R1000.1мм,T339.0мкс
Конец Y1920.5мм,R1920.5мм,T651.0мкс
Амплитуда, дБ 12
Форма 0
До ВРЧ, дБ 0
После ВРЧ, дБ 0

ФИКСИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Пер. зондирования 2 Част. зонд., Гц 150
Порог, % 50 Доп. метка Y0.0мм,R0.0мм,T0.0мкс