9 – DESFIBRILAÇÃO EXTERNA COM DEA

PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DO DEA

1. Afaste o paciente da água e de superfície molhada;

2. Antes de conectar as pás, sempre seque e limpe o local permitindo que o adesivo da pá cole perfeitamente;

3. Afaste as pás cerca de 2 a 2,5 cm de distância de marcapasso quando houver;

4. Retire adesivo de medicação transcutânea se houver, limpe e seque a superfície onde a pá será instalada;