PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DO DEA

5. Não movimente o paciente durante a utilização do DEA devido os artefatos de ruídos e a simulação de FV;

6. Não toque nem deixe ninguém tocar o paciente durante a análise do ritmo e administração do choque;

7. Raspe os pêlos do tórax do paciente se necessário no local onde será colocado as pás;

8. Evite operar o DEA próximo a celulares e rádios de comunicação (HT) ligados, linhas de trem e metrô e linhas de alta voltagem;