PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DO DEA

9.Retire quando possível, correntes, adornos e assessórios metálicos do pescoço e mamilo do paciente antes de colocar as pás;

10.Não use o DEA concomitante com oximetria de pulso, aparelhos de pressão e equipamentos médicos em contato com o paciente sob monitoramento.