

Identificação do Cliente

Cliente:	Samarco Mineração S.A.	CNPJ/CPF:	16.628.281/0001-61
Contato:	Fernanda Caliman Passamani	E-mail:	fernanda.passamani@samarco.com
Endereço:	Rua Paraíba, nº 1.122, 6º, 9º, 19º e 23º andares, , Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais		

Identificação - Nº 88729-1/2025.3 - 902158 - CCB 02 - Superficial

Local de Coleta: Aracruz – Canal Caboclo Bernardo 02	Tipo de Amostra: Água Doce Classe 2
Ponto de Coleta: -	Data/Hora de Coleta: 19/12/2025 13:18
Latitude / Longitude: -19.70045 / -40.02324	Tipo de Coleta: Composta
Condições climáticas nas últimas 24 horas: Sol	
Condições climáticas no momento da coleta: Sol	
Observações: Variação de condutividade: > 10% / Presença de resíduos.	

Descrição da não-conformidade:	A análise de ferro II foi executada fora do prazo estabelecido em INT-ANL-035 (SMEWW 24ª Edição Método 3500 - Fe-B, 2022). Entretanto, a análise está em conformidade com os aspectos técnicos descritos e justificados na Nota Técnica n.º116 do GTA-PMQQS
Latitude (coordenada real):	-19.6995165
Longitude (coordenada real):	-40.02202729

Análises realizadas em campo

Condutividade - Leitura 01	192,1 µS/cm
Condutividade - Leitura 02	195,5 µS/cm
Condutividade - Leitura 03	214,2 µS/cm
Condutividade - Leitura 04	216,2 µS/cm
Condutividade - Leitura 05	217,5 µS/cm
Oxigênio Dissolvido - Leitura 01	3,97 mg/L
Oxigênio Dissolvido - Leitura 02	4,28 mg/L
Oxigênio Dissolvido - Leitura 03	4,98 mg/L
Oxigênio Dissolvido - Leitura 04	4,91 mg/L
Oxigênio Dissolvido - Leitura 05	5,12 mg/L
Oxigênio Dissolvido Saturado - Leitura 01	50,8 %
Oxigênio Dissolvido Saturado - Leitura 02	54,7 %
Oxigênio Dissolvido Saturado - Leitura 03	63,9 %
Oxigênio Dissolvido Saturado - Leitura 04	63,2 %
Oxigênio Dissolvido Saturado - Leitura 05	65,8 %
pH - Leitura 1	4,6
pH - Leitura 2	4,42
pH - Leitura 3	3,97
pH - Leitura 4	3,94
pH - Leitura 5	3,93

Potencial Redox - Leitura 01	295,7 mV
Potencial Redox - Leitura 02	326,5 mV
Potencial Redox - Leitura 03	411,5 mV
Potencial Redox - Leitura 04	418,3 mV
Potencial Redox - Leitura 05	420,8 mV
Profundidade de coleta	0,3 m
Profundidade Total	1,4 m
Temperatura da Amostra - Leitura 01	28,2 °C
Temperatura da Amostra - Leitura 02	28,3 °C
Temperatura da Amostra - Leitura 03	28,5 °C
Temperatura da Amostra - Leitura 04	28,6 °C
Temperatura da Amostra - Leitura 05	28,6 °C
Temperatura do Ar	29 °C
Turbidez - Leitura 01	35,24 UNT
Turbidez - Leitura 02	25,44 UNT
Turbidez - Leitura 03	35,08 UNT
Turbidez - Leitura 04	34,53 UNT
Turbidez - Leitura 05	33,54 UNT

Embalagens e Preservações	
Polietileno 1000 mL / 0 a 6°C	DBO (Oxímetro - 5 Dias)
Polietileno 1000 mL / 0 a 6°C	Alcalinidade e frações, Condutividade (Laboratório), Cor Verdadeira, Nitrato (Kit), Nitrito (Kit), Nitrogênio Orgânico (Cálculo), pH (Laboratório), Polifosfato, Sulfato Total, Sulfeto (H ₂ S não Dissociado) por Cálculo, Turbidez (Laboratório)
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C + Acetato de zinco 2M + NaOH 6M	Sulfeto Total
Polietileno 1000 mL / 0 a 6°C	Sólidos Dissolvidos Totais (Gravimétrico), Sólidos Suspensos Totais
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C	Sólidos Totais
Polietileno 1000 mL / 0 a 6°C	Sólidos Sedimentáveis
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C + H ₂ SO ₄ 1:1	Dureza Total, Nitrogênio Amoniacal Total (Colorimétrico), Nitrogênio Kjeldahl (Cálculo)
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C	Ânions (Condutimétrico), Carbono Orgânico Dissolvido
Frasco Estéril 100 mL / 0 a 6°C + Tiosulfato de Sódio 10%	Enterococos fecais (NMP), Escherichia coli (NMP)
Polietileno 500 mL / 0 a 6°C	DBO (Oxímetro - 5 Dias)
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C + H ₂ SO ₄ 1:1	Carbono Orgânico Total
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C + NaOH 5N	Ânions (Potenciométrico)
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C + HNO ₃	Metais Dissolvidos, Metais Dissolvidos - (ICP-MS)
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C + HNO ₃	Especiação de Ferro II e III (Laboratório), Metais Totais, Metais Totais - (ICP-MS)
Vidro Âmbar 500 mL / 0 a 6°C	Clorofila a (E*), Feofitina (E*)
Polietileno 100 mL / 0 a 6°C	Especiação de Ferro II e III (Laboratório)

Foto(s) - Amostragem



Equipe e Acompanhamento de Amostragem

Responsável pela Amostragem: Alex Pereira da Silva

Representante do Cliente: Assinatura1

Rúbrica:



Notas

- 1) Quando a amostragem é realizada pelo cliente, o plano de amostragem é de responsabilidade do mesmo, bem como todas as informações contidas neste documento.
- 2) Referências para execução da amostragem: FO-ANL-074 - Planejamento de Amostragem; NIT-DICLA-057; POP-ANL-010 - Procedimento de Amostragem; POP-ANL-011 - Procedimento de Amostragem em Poços de Monitoramento; POP-ANL-027 - Procedimento para Amostragem de Resíduos Sólido; POP-ANL-009 - Ensaios Realizados em Campo; Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água, 2ª ed., CETESB, 2023; SMWW 24ª ed., 2022; ABNT NBR 15847 - Amostragem de Água Subterrânea em Poços de Monitoramento - Método de Purga, 07/2010. Referências adicionais para matrizes de alimentos: POP-ANL-003 - Coleta, Transporte, Recebimento, Cadastro e Armazenamento de Amostras de Alimentos.

Checklist para recebimento de amostras

Dados da amostra			
Cliente:	Samarco Mineração S.A.		
Proposta Comercial:	PC103/2023		
Id da Amostra:	902158	Nº da Amostra:	88729-1/2025.3
Data da Coleta:	19/12/2025 13:18		
Data de recebimento da amostra:	20/12/2025 07:00		
Identificação:	CCB 02 - Superficial		

Dados do Recebimento	
Amostra encontra-se dentro do prazo de análise?	Sim
A preservação das amostras está de acordo com a INT-ANL-035?	Sim
Todos os frascos foram recebidos em quantidade correta para realização das análises, conforme o INT-ANL-035?	Sim
Existe alguma Não-conformidade na amostra	Sim
Descrição da não-conformidade	A análise de ferro II foi executada fora do prazo estabelecido em INT-ANL-035 (SMEWW 24ª Edição Método 3500 - Fe-B, 2022). Entretanto, a análise está em conformidade com os aspectos técnicos descritos e justificados na Nota Técnica n. °116 do GTA-PMQQS
A amostra está acompanhada de Cadeia de Custódia?	Sim
Pendência de registros na Cadeia de Custódia?	Não
Temperatura da amostra no recebimento (°C)	2,7
Termômetro	PAT 3104
Responsabilidade da Amostragem	Tommasi Ambiental
Responsável pelo Transporte/Entrega	Tommasi Ambiental
Responsável Técnico	Viviane Alves Fernandes
Responsável pelo recebimento:	Arthur Nicolli Vieira
Em caso de não-conformidade, anexar o FO-ANL-233 - Autorização para realização de ensaios de amostra não-conforme, preenchido pelo cliente. Temperatura de armazenamento para amostras (°C): Alimentos: < 6,0 / Ambientais: 0 a 6,0.	


Luana Sperandio Cott
Responsável Técnico
CRQ XXI 213000716
AFT: 66173A17-8892-4DF2-91B0-1878C9F2A245