Plages de référence du laboratoire : proposition à valider

Pour : Ernestine, cheffe du laboratoire

A Hand to Humanity (A.H2) Medical Center, Yaoundé

Date 2026-10-28

Préparé par L'équipe logicielle

BROUILLON : ne pas utiliser avant validation

Comment valider

À quoi servent ces plages. Dans l'application, quand un résultat chiffré est saisi, l'écran le compare à la plage de référence de l'examen. Si la valeur est en dessous du minimum, elle est signalée « basse » ; au-dessus du maximum, « haute ». Les plages proposées ici sont donc celles qui feront apparaître ces signalements.

Rien n'est utilisé avant votre signature. Ce document est un brouillon préparé par l'équipe logicielle à partir de sources publiées (liste en fin de document). Ce ne sont pas des vérités médicales validées. Aucune valeur n'entrera dans l'application tant que vous n'aurez pas signé.

Comparez avec votre laboratoire. Chaque valeur doit être comparée avec la notice des réactifs et de l'automate que vous utilisez, et avec votre expérience locale. La notice prime sur ce document. Les enzymes, la créatinine, l'albumine, l'HbA2 et le TCA changent selon la méthode.

Pour chaque ligne, cochez une seule case :

- **Validé** : la ligne convient telle quelle.
- **Modifié** : écrivez la nouvelle valeur (minimum et maximum) dans la colonne « Valeur corrigée ».
- **Refusé** : la ligne ne doit pas être utilisée.

Niveau de confiance. Élevée : plusieurs sources concordantes ou seuil officiel. **Moyenne** : une source solide, ou une adaptation (conversion d'unité, choix local ou occidental). **Faible** : source unique, indirecte ou à vérifier ; regardez ces lignes en priorité.

« Selon le kit ». Pour les sérologies et le TCA, la valeur vient de la notice du réactif. Nous ne proposons pas de chiffre : c'est à vous de l'écrire (minimum et maximum). Quand un chiffre couramment publié existe, il est indiqué à titre indicatif seulement.

Limites du système à connaître.

- L'âge est un nombre entier d'années. L'âge 0 regroupe tous les enfants de moins d'un an : pas de distinction entre nouveau-né et nourrisson.
- Il n'y a pas de notion de grossesse.
- Une ligne par sexe et par tranche d'âge, sans chevauchement. Sexe : M, F, ou X (X = valable pour les deux sexes). Un patient de sexe inconnu ne reçoit que les plages X.
- Les bornes sont incluses. Une limite ouverte s'écrit 0 en bas, ou 999 ou 9999 en haut (indiqué dans les remarques).
- Les unités sont celles de l'application et ne peuvent pas être changées ici. Les conversions déjà faites sont indiquées.

Ordre conseillé. Répondez d'abord aux points de la page suivante, puis parcourez les examens, puis signez à la dernière page.

Points à trancher en premier

Ces points ont été relevés pendant la préparation. Vos réponses guideront la lecture des tableaux.

1. Urée ou BUN

L'automate rend-il l'urée ou l'azote uréique (BUN) ? La plage proposée (18 à 42 mg/dL, femme 18 à 49 ans) est exprimée en urée. Le BUN, multiplié par 2,14, donne l'urée.

☐ L'automate rend l'urée : plage utilisable

☐ L'automate rend le BUN : plage à convertir ou à remplacer

Réponse ou précision : _____

2. Calcium total ou ionisé dans l'ionogramme étendu

L'examen CALCIUM est proposé en calcium ionisé (1,15 à 1,30 mmol/L). L'ionogramme étendu (IONO_EXT) est proposé en calcium total (2,10 à 2,60 mmol/L). Que mesure réellement le laboratoire dans l'ionogramme étendu ?

☐ Calcium total : garder 2,10 à 2,60

☐ Calcium ionisé : utiliser 1,15 à 1,30

Réponse ou précision : _____

3. Glycémie à jeun : deux paramètres en doublon

L'examen GLY_JEUN contient deux paramètres identiques : « Glucose » et « Glucose à jeun », avec la même plage (0,63 à 0,99 g/L). Lequel garder ?

☐ Garder « Glucose »

☐ Garder « Glucose à jeun »

☐ Garder les deux

Réponse ou précision : _____

4. Hémoglobine de l'enfant : limite haute manquante

L'OMS ne donne qu'une limite basse pour l'enfant. Les lignes enfant de l'examen HB (1 an, 2 à 4 ans, 5 à 11 ans, 12 à 14 ans) n'ont donc pas de maximum et ne peuvent pas être importées telles quelles.

☐ J'écris le maximum de chaque tranche dans l'examen HB

☐ Je préfère ne pas définir de plage pour l'enfant

Réponse ou précision : _____

5. Paramètres sans aucune source

Aucune source n'a été trouvée pour : RDW, HbA, HbF, TP (%). Le TP est couramment lu entre 70 et 100 %, mais cela n'est pas vérifié.

☐ J'écris les plages dans les lignes concernées

☐ Je laisse ces paramètres sans plage

Réponse ou précision : _____

6. Leucocytes, neutrophiles, plaquettes : valeurs locales ou occidentales

La population de Yaoundé a en moyenne ces valeurs plus basses. Utiliser des limites basses occidentales signalerait à tort beaucoup de sujets sains. Proposition : limite basse de l'étude de Yaoundé, limite haute occidentale (une hyperleucocytose reste pathologique).

☐ D'accord avec la proposition

☐ Étude de Yaoundé en entier

☐ Valeurs occidentales

Réponse ou précision : _____

7. Lipides, glycémie, HbA1c : seuils de décision

Ces lignes sont des seuils de décision clinique (ADA, NCEP ATP III), et non des intervalles de référence statistiques de la population locale.

☐ J'accepte ces seuils

☐ Je préfère d'autres valeurs (à écrire dans les lignes)

Réponse ou précision : _____

Examens : plages proposées

Sexe : M, F, X (X = les deux). Source : numéro dans la bibliographie en fin de document. Cochez une case par ligne.

Acide urique (ACIDE_URIQUE)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Acide urique	µmol/L	M	18 à 120	200	420	S5	Moyenne	☐	☐	☐	
Acide urique	µmol/L	F	18 à 50	155	369	S6	Moyenne	☐	☐	☐	

Remarques. Femme : valeur issue d'une seule source, donnée pour 18 à 50 ans. Au-delà de 50 ans, aucune plage n'est proposée.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

ALAT (ALAT)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
ALAT (SGPT)	U/L	M	18 à 120	5	40	S4	Moyenne	☐	☐	☐	
ALAT (SGPT)	U/L	F	18 à 120	5	35	S4	Moyenne	☐	☐	☐	

Remarques. Valeurs sans phosphate de pyridoxal ; elles dépendent de la méthode et du réactif.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

ASAT (ASAT)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
ASAT (SGOT)	U/L	M	18 à 120	5	35	S4	Moyenne	☐	☐	☐	
ASAT (SGOT)	U/L	F	18 à 120	5	30	S4	Moyenne	☐	☐	☐	

Remarques. Valeurs sans phosphate de pyridoxal ; elles dépendent de la méthode et du réactif.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Albumine (ALBUMINE)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Albumine sérique	g/dL	X	1 à 120	3,3	4,8	S5	Moyenne	☐	☐	☐	

Remarques. Dépend de la méthode (vert ou pourpre de bromocrésol).

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Protéines totales (PROTEINES)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Protéines totales	g/dL	X	18 à 120	6,0	8,0	S4	Élevée	☐	☐	☐	

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Bilirubine totale (BIL_TOTAL)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Bilirubine totale	mg/dL	X	1 à 120	0,1	1,2	S4	Moyenne	☐	☐	☐	

Remarques. Nouveau-né exclu.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Bilirubine directe (BIL_DIRECT)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Bilirubine directe	mg/dL	X	1 à 120	0,0	0,4	S6	Moyenne	☐	☐	☐	

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Créatinine (CREAT)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Créatinine	mg/dL	M	18 à 120	0,68	1,24	S4	Moyenne	☐	☐	☐	
Créatinine	mg/dL	F	18 à 120	0,51	1,02	S4	Moyenne	☐	☐	☐	

Remarques. La plage de référence australienne n'est harmonisée que jusqu'à 60 ans. La fonction rénale s'interprète par le débit de filtration estimé (KDIGO), pas par la créatinine seule. La méthode (Jaffé ou enzymatique) change les valeurs.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Urée (UREE)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Urée sanguine	mg/dL	F	18 à 49	18	42	S5	Faible	☐	☐	☐	

Remarques. Pour l'homme, aucune source n'a été trouvée : à renseigner. Voir « Points à trancher » : urée ou BUN.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Calcium ionisé (CALCIUM)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Calcium ionisé	mmol/L	X	18 à 120	1,15	1,30	S5	Élevée	☐	☐	☐	

Remarques. Calcium ionisé. Pour le calcium total, voir l'ionogramme étendu.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Ionogramme étendu (IONO_EXT)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Calcium	mmol/L	X	18 à 120	2,10	2,60	S4	Élevée	☐	☐	☐	
Magnésium	mmol/L	X	18 à 120	0,70	1,10	S4	Élevée	☐	☐	☐	

Remarques. Calcium total ici ; si le laboratoire mesure le calcium ionisé, utiliser 1,15 à 1,30 mmol/L.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Magnésium (MAGNESIUM)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Magnésium	mmol/L	X	18 à 120	0,70	1,10	S4	Élevée	☐	☐	☐	

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Phosphore (PHOSPHORE)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Phosphore	mg/dL	X	20 à 120	2,3	4,6	S4	Élevée	☐	☐	☐	

Remarques. Valeur convertie depuis 0,75 à 1,50 mmol/L.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Ionogramme (IONO)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Sodium	mmol/L	X	18 à 120	135	145	S4	Élevée	☐	☐	☐	
Potassium	mmol/L	X	18 à 120	3,5	5,2	S4	Élevée	☐	☐	☐	
Chlorures	mmol/L	X	18 à 120	95	110	S4	Élevée	☐	☐	☐	

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

CRP (CRP)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
CRP	mg/L	X	0 à 120	0	5	S7	Moyenne	☐	☐	☐	

Remarques. 0 = pas de limite basse. Autre source possible : moins de 3 mg/L.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Glycémie à jeun (GLY_JEUN)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Glucose	g/L	X	18 à 120	0,63	0,99	S2, S5	Élevée	☐	☐	☐	
Glucose à jeun	g/L	X	18 à 120	0,63	0,99	S2, S5	Élevée	☐	☐	☐	

Remarques. Seuils de décision clinique. 1,00 à 1,25 g/L : prédiabète ; 1,26 g/L et plus : diabète. L'examen contient deux paramètres en doublon (voir « Points à trancher »).

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Glycémie postprandiale (GLY_PP)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Glucose postprandial	g/L	X	18 à 120	0,63	1,39	S2	Faible	☐	☐	☐	

Remarques. Seuil du test d'hyperglycémie provoquée (2 h) ; une glycémie postprandiale n'est pas ce test : confiance faible.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

HbA1c (HB1C)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
HbA1c	%	X	18 à 120	0	5,6	S2	Élevée	☐	☐	☐	

Remarques. Seuils de décision : normal moins de 5,7 % ; 5,7 à 6,4 % prédiabète ; 6,5 % et plus diabète. 0 = pas de limite basse. Méthode certifiée NGSP/IFCC requise.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Bilan lipidique (LIPIDES)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Cholestérol total	mg/dL	X	18 à 120	0	199	S3	Élevée	☐	☐	☐	
HDL-cholestérol	mg/dL	X	18 à 120	40	999	S3	Élevée	☐	☐	☐	
LDL-cholestérol	mg/dL	X	18 à 120	0	129	S3	Moyenne	☐	☐	☐	
Triglycérides	mg/dL	X	18 à 120	0	149	S3	Élevée	☐	☐	☐	

Remarques. Seuils de décision clinique (NCEP ATP III), pas des intervalles statistiques. 999 = pas de limite haute (un HDL élevé n'est pas pathologique).

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

NFS (numération formule sanguine) (NFS)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Erythrocytes	10^12/L	M	18 à 120	4,00	5,90	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
Erythrocytes	10^12/L	F	18 à 120	3,40	5,30	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
Hémoglobine	g/dL	M	18 à 120	13,0	17,0	S1, S5	Élevée	☐	☐	☐	
Hémoglobine	g/dL	F	18 à 120	12,0	15,5	S1	Moyenne	☐	☐	☐	
Hématocrite	%	M	18 à 120	40	54	S5	Moyenne	☐	☐	☐	
Hématocrite	%	F	18 à 120	29,7	42,0	S8	Faible	☐	☐	☐	
VGM	fL	X	12 à 120	80	100	S5	Élevée	☐	☐	☐	
TCMH	pg	X	12 à 120	26,5	33,0	S5	Élevée	☐	☐	☐	
CCMH	g/100ml	X	12 à 120	31,0	36,0	S5	Élevée	☐	☐	☐	
Leucocytes	/mm^3	M	18 à 120	2600	11000	S8, S5	Moyenne	☐	☐	☐	
Leucocytes	/mm^3	F	18 à 120	2800	11000	S8, S5	Moyenne	☐	☐	☐	
Plaquettes	/mm^3	M	18 à 120	133000	450000	S8, S5	Moyenne	☐	☐	☐	
Plaquettes	/mm^3	F	18 à 120	143000	450000	S8, S5	Moyenne	☐	☐	☐	
Neutrophiles	10^9/L	M	18 à 120	0,92	7,0	S8, S5	Moyenne	☐	☐	☐	
Neutrophiles	10^9/L	F	18 à 120	1,01	7,0	S8, S5	Moyenne	☐	☐	☐	
Lymphocytes	10^9/L	M	18 à 120	1,03	3,13	S8	Moyenne	☐	☐	☐	

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Lymphocytes	10^9/L	F	18 à 120	1,06	2,90	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
Monocytes	10^9/L	M	18 à 120	0,11	0,54	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
Monocytes	10^9/L	F	18 à 120	0,14	0,65	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
Eosinophiles	10^9/L	M	18 à 120	0,05	0,98	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
Eosinophiles	10^9/L	F	18 à 120	0,12	0,42	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
Basophiles	10^9/L	M	18 à 120	0,03	0,22	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
Basophiles	10^9/L	F	18 à 120	0,03	0,29	S8	Moyenne	☐	☐	☐	
RDW	%	**Sans source.** Aucune source trouvée. Écrire la plage à utiliser, ou laisser sans plage :						Min ____ Max ____			

Remarques. Désaccord principal sur les leucocytes : étude de Yaoundé 2,6 à 6,8 x10^9/L contre 3,5 à 11,0 en Australie. Proposition : limite basse locale, limite haute occidentale. Hémoglobine et indices (VGM, TCMH, CCMH) : seuils OMS ou occidentaux pour ne pas masquer une anémie ou une microcytose. La ligne existante id 5 (érythrocytes, M, 12 à 18 ans, 1,2 à 1,8) est fausse : voir « Corrections ».

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

HB (taux d'hémoglobine simple) (HB)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Hémoglobine	g/dL	M	15 à 120	13,0	17,0	S1, S5	Élevée	☐	☐	☐	
Hémoglobine	g/dL	F	15 à 120	12,0	15,5	S1	Moyenne	☐	☐	☐	
Hémoglobine	g/dL	X	1	10,5	**à fixer**	S1	Faible	☐	☐	☐	
Hémoglobine	g/dL	X	2 à 4	11,0	**à fixer**	S1	Faible	☐	☐	☐	
Hémoglobine	g/dL	X	5 à 11	11,5	**à fixer**	S1	Faible	☐	☐	☐	
Hémoglobine	g/dL	X	12 à 14	12,0	**à fixer**	S1	Faible	☐	☐	☐	

Remarques. Femme enceinte : seuil OMS 11,0 g/dL, non gérable par l'application (pas de notion de grossesse). Moins d'un an : pas de plage (l'âge 0 est trop large). Pour les enfants, l'OMS ne donne qu'une limite basse : écrire le maximum dans la colonne « Valeur corrigée ».

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Électrophorèse de l'hémoglobine (ELECTRO_HB)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
HbA2 (%)	%	X	1 à 120	1,5	3,5	S10	Faible	☐	☐	☐	
HbA	%	**Sans source.** Aucune source trouvée. Écrire la plage à utiliser, ou laisser sans plage :						Min ____ Max ____			
HbF	%	**Sans source.** Aucune source trouvée. Écrire la plage à utiliser, ou laisser sans plage :						Min ____ Max ____			

Remarques. Dépend de la méthode (CLHP ou électrophorèse capillaire). HbA2 de 4 % et plus : évoque une bêta-thalassémie.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Spermogramme (SPERMOGRAMME)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
Numération	10^6/mL	M	18 à 120	16	9999	S9	Élevée	☐	☐	☐	
Mobilité (%)	%	M	18 à 120	42	100	S9	Élevée	☐	☐	☐	
Morphologie (%)	%	M	18 à 120	4	100	S9	Élevée	☐	☐	☐	

Remarques. Limites basses OMS 2021 (5e percentile). 9999 = pas de limite haute.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

TP / TCA (TP_TCA)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
INR	sans unité	X	17 à 120	0,8	1,1	S5	Moyenne	☐	☐	☐	
TP (%)	%	**Sans source.** Aucune source trouvée. Pratique courante 70 à 100 %, non vérifiée. Écrire la plage à utiliser, ou laisser sans plage :						Min ____ Max ____			
TCA	s	**Selon le kit.** Dépend du réactif ; rendre avec le temps du témoin. Indicatif seulement : 25 à 37 s (NSW). Écrire la valeur de la notice :						Min ____ Max ____			

Remarques. Sous anticoagulant (AVK), la cible INR est de 2 à 3, hors de cette plage.

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Vitesse de sédimentation (VS)

Paramètre	Unité	Sexe	Âge (ans)	Min	Max	Source	Confiance	Validé	Modifié	Refusé	Valeur corrigée
VS à 1h	mm	M	17 à 50	0	10	S5	Moyenne	☐	☐	☐	

Remarques. Hommes jusqu'à 50 ans seulement. Pour les femmes et les plus de 50 ans, aucune source : à renseigner (formule de Miller à vérifier).

Examen validé par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Examens dont la valeur dépend du kit

Aucune plage n'est proposée : écrivez le minimum et le maximum de la notice du réactif. La colonne « Repère indicatif » donne une valeur couramment publiée, à titre indicatif seulement.

Examen	Paramètre	Repère indicatif	Valeur de la notice
ASLO	Titre ASLO	Souvent 200 UI/mL chez l'adulte ; aucune source vérifiée.	Min _____ Max _____
CHLAMYDIA	IgM, IgG	Seuil du kit.	Min _____ Max _____
HEPB_5EN1	Anti-HBs	10 UI/L et plus = protection après vaccination (S12).	Min _____ Max _____
HEPB_5EN1	Anti-HBc IgM, IgG	Seuil du kit (index ou ratio).	Min _____ Max _____
HEPC	Anti-VHC	Seuil du kit (ratio S/CO).	Min _____ Max _____
HPYLORI	Anti-H. pylori	Seuil du kit.	Min _____ Max _____
RHUMATO	Titre FR	Seuil du kit.	Min _____ Max _____
RUBE	IgM, IgG	IgG de 10 UI/mL et plus souvent retenu comme immunité (S13).	Min _____ Max _____
SYPHILIS	TPHA, VDRL (titres)	Toute réactivité est positive ; titre suivi dans le temps.	Min _____ Max _____

TOXO	IgM, IgG	Seuil du kit.	Min _____ Max _____
TYPHOIDE	IgM, IgG	Seuil du kit.	Min _____ Max _____

Examens validés par : _____ le : ____ / ____ / _____ Signature : _____

Paramètres sans plage nécessaire

Bandelette urinaire (saisie en texte), coprologie, crachats BAAR, cultures (germe, antibiogramme, Gram), ECBU, hémoculture, spermoculture, prélèvement gorge ou pus, groupe ABO et Rhésus, hémoparasites, VIH, VIH oral, HBsAg, test Scotch, skin snip. **Goutte épaisse (parasites/µL)** : numérique, mais tout parasite est un résultat positif, une plage n'a pas de sens. D'accord qu'aucune plage ne soit définie pour ces examens ? ☐ Oui ☐ Non : _____

Corrections de lignes déjà présentes dans l'application

Ligne	Constat	Validé	Modifié	Refusé
id 5	Érythrocytes, M, 12 à 18 ans, 1,2 à 1,8 x10^12/L : valeur erronée, à supprimer ou corriger.	☐	☐	☐
id 1 et 2	Hémoglobine 18 à 65 ans : étendre à 120 ans pour couvrir les plus de 65 ans.	☐	☐	☐
id 310	Paramètre 979 (Hemoglobin, M, 18 à 120 ans, 13 à 17) : appartient vraisemblablement à un examen de test, à vérifier.	☐	☐	☐

Validation générale

Je soussignée, responsable du laboratoire, déclare avoir examiné les plages de référence de ce document, avec les modifications et refus que j'ai notés. **Je les valide pour utilisation dans l'application** de A Hand to Humanity (A.H2) Medical Center, Yaoundé, dans les limites indiquées.

Nom	
Fonction	
Date	
Signature	
Cachet	

Commentaires

Bibliographie

S1 OMS. *Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations*. Genève, 2024. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240088542

S2 American Diabetes Association. *Standards of Care in Diabetes, section 2 : Diagnosis and Classification of Diabetes* (éditions 2025-2026 ; seuils inchangés). Diabetes Care. Lire l'édition en vigueur sur https://diabetesjournals.org/care

S3 NHLBI. *Third Report of the NCEP Expert Panel (Adult Treatment Panel III)*. NIH, 2002. https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/resources/heart/atp3full.pdf

S4 Koerbin G, Tate JR (AACB). *Harmonising Adult Reference Intervals in Australia and New Zealand: the Continuing Story*. Clin Biochem Rev 2016;37(3):121-129. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5111244

S5 NSW Health Pathology. *Reference Ranges Adult*, 2019. https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/sites/default/files/2019-04/NSWHP%20Reference%20Ranges%20Adult%202019.pdf

S6 Labcorp, catalogue des tests : Albumine 001081 https://www.labcorp.com/tests/001081/albumin ; Acide urique 001057 https://www.labcorp.com/tests/001057/uric-acid ; Bilirubine directe https://www.labcorp.com//test-menu/21101/bilirubin-direct

S7 PathWest (Western Australia). *iSTAT Age and Gender Reference Ranges POCT*, 2022. https://www.pathwest.health.wa.gov.au/~/media/PathWest/Documents/Health-Professionals/iSTAT-Age-and-Gender-Reference-Ranges-POCT-2022-07.pdf

S8 Oloume ME et al. *Haematological values in a healthy adult population in Yaounde, Cameroon*. Afr J Lab Med 2019;8(1):852. doi:10.4102/ajlm.v8i1.852. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6852616 (n = 294, 18 à 55 ans, donneurs de sang)

S9 OMS. *WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen*, 6e édition, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240030787

S10 Étude kenyane sur les intervalles locaux d'HbA2, Egyptian Journal of Internal Medicine 2022. https://ejim.springeropen.com/articles/10.1186/s43162-022-00187-9

S11 Revue sur le diagnostic de la bêta-thalassémie et les seuils d'HbA2 (PMC10542033). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10542033 ; voir aussi BSH 2023, *Significant haemoglobinopathies*, https://cms-bsh-u9.b-s-h.org.uk/media/dkrlxdg2/2023-04-19-significant-haemoglobinopathies-a-guideline-for-screening-and-diagnosis.pdf

S12 OMS. *Hepatitis B vaccines: WHO position paper*, Weekly Epidemiological Record 2017;92(27):369-392 (anti-HBs 10 mUI/mL et plus).

S13 Skendzel LP. *Rubella immunity: defining the level of protective antibody*. Am J Clin Pathol 1996;106:170-174.

Autres études camerounaises repérées, non utilisées : Fondoh et al., Bamenda, Afr J Lab Med 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7756783/) ; Bamenda 2021 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7932772/). Les références françaises (SFBC, Eurofins Biomnis) n'ont pas pu être consultées en ligne : à ajouter par le laboratoire s'il les possède.