

+-----+
| Zahoreni zdroje - Protokol o zkousce |
+-----+
=====

Dle zkusebniho a nastavovaciho predpisu 1F395028G pro zdroj SI-610-1, RW-610

Serieve cislo zdroje: 21

	5V_KON	5V	12V	15V	U_bat	24V	24V_O2
start	5.00 +	4.99 +	12.00 +	15.00 +	8.41 +	24.10 +	24.02 +
Mereni 1	4.79 +	4.80 +	11.49 +	14.34 -	8.15 +	23.33 +	23.12 +
Mereni 2	4.79 +	4.81 +	11.48 +	14.34 -	8.15 +	23.33 +	23.12 +
Mereni 3	4.79 +	4.81 +	11.48 +	14.34 -	8.15 +	23.33 +	23.14 +
Mereni 4	4.79 +	4.80 +	11.50 +	14.34 -	8.15 +	23.33 +	23.15 +
Mereni 5	4.79 +	4.81 +	11.48 +	14.34 -	8.15 +	23.35 +	23.12 +
Mereni 6	4.79 +	4.81 +	11.50 +	14.34 -	8.15 +	23.40 +	23.14 +
Mereni 7	4.79 +	4.81 +	11.48 +	14.34 -	8.15 +	23.33 +	23.14 +
Mereni 8	4.79 +	4.80 +	11.48 +	14.34 -	8.15 +	23.33 +	23.12 +
Mereni 9	4.79 +	4.81 +	11.48 +	14.35 -	8.15 +	23.35 +	23.12 +
Mereni 10	4.79 +	4.80 +	11.48 +	14.34 -	8.15 +	23.33 +	23.14 +
Mereni 1	7.35 +						

```
+-----+-----+
|Mereni 2 |7.35 +   |
+-----+-----+
|Mereni 3 |7.34 +   |
+-----+-----+
```

Vysledek: -

Provedl: Ber?nek dne: 09.02.2022