Grupo 14

# HITO 1



# SOCKET HEMIPELVICO

## Integrantes:

-María Tasaico (Lider del equipo)
-Bianca Zaplana(Supervisora)
-Ariana Sifuentes(Diseñadora)
-Marcelo Jaimes(Programador)
-Enzo Salas(Prototipista)
-Andre Sanchez(Diseñador)



# Analisis del caso I


## Descripción general

**Paciente varón de 29 años sufrió un accidente de tránsito hace 8 años que provocó una severa lesión en el miembro inferior derecho. Se le realizó una hemipelvectomía derecha. Cuenta con una colostomía, prolapso rectal con mucosa expuesta, prolapso intestinal e injertos de piel. La lesión fue clasificada como un ASIA A.**

01 De todas las fracturas de pelvis, la hemipelvectomía traumática es un 0.6%

02 La mortalidad asociada con la fractura pélvica abierta es de aproximadamente el 40%, mientras que la mortalidad asociada con la HPT puede llegar hasta el 100%

03 El 63% de las personas con amputaciones de miembros inferiores presentan problemas cutáneos.





- J.-H. Zheng et al., "Life-saving therapy for complete traumatic hemipelvectomy: a case report," Chinese Medical Journal, vol. 134, pp. 1376-1378, 2021, doi: 10.1097/cm9.0000000000001372.
- P. Galland, C. Krettek, J. Ernst, S. Sehmisch, y S. Decker, "Long-term physical and psychological outcome following traumatic hemipelvectomy," Eur. J. Trauma Emerg. Surg., 2022, doi: 10.1007/s00068-022-02151-2.
- M. Liu, B. Evert, S. Kim, M. D. Dickey, A. Bozkurt, y W. Filer, "Monitoring the ResidualLimb-Socket Interface: A Perspective on Clinical Needs and Challenges," Biomed. Mater. Devices, dic. 28, 2025, doi: 10.1007/s44174-025-00594-w

# Analisis del caso II

## Limitaciones:

- Pérdida de sensibilidad e injertos de piel frágiles.
- Pérdida del anillo pélvico derecho.
- Prolapso rectal expuesto, colostomía y prolapso intestinal.





## Necesidades:

- Contacto nulo con zonas frágiles.
- Encaje específico adecuado a su geometría, se agarre firme y apoyo postural.
- Zonas de descargas y alivio.
- Mayor independencia durante la bipedestación asistida.

# Analisis del caso III

Proporcionar soporte y estabilidad lumbopélvica al usuario durante la bipedestación asistida con andador y transferencias, redistribuyendo las cargas corporales de forma segura hacia estructuras óseas viables y protegiendo los tejidos vulnerables.

Indepedencia en bipedestación asistida



Comodidad, estabilidad y seguridad



Protección de tejido sensible



# Estado del arte I

## Cómo desarrollaremos el proyecto






FIG. 4
PRIOR ART

Sistema de encaje protesico para hemipelvectomia, el cual usa las crestas iliacas para la distribucion de fuerzas. Es adaptativo al paciente.

US Patent Office. (2007). Anatomically configured hip level prosthetic socket system (Patent No. US7300466B1). U.S. Patent and Trademark Office. https://patents.google.com/patent/US7300466B1/en



Socket de hemipelvectomía adaptado a un paciente con colostomía, responde la necesidad de facilitar la limpieza del estoma y la evacuación de heces sin necesidad de retirar la prótesis.

Ockenfels, P. A. (1983). A Modified Hemipelvectomy Socket. Clinical Prosthetics & Orthotics, 7(1), 11. The Orthotics & Prosthetics Virtual Library. Fuente: The Orthotics & Prosthetics Virtual Library https://www.oandplibrary.org/cpo/1983_01_011.asp

Un revestimiento protésico para usar con una prótesis que actúa como interfaz entre el muñón de un amputado y el encaje. El revestimiento protésico consta de un tejido exterior con elasticidad variable debido a su construcción de punto y costuras, y una capa interior de gel. La región distal del tejido del revestimiento tiene menor elasticidad que la región intermedia o proximal y se cose para formar un revestimiento unitario. El revestimiento minimiza eficazmente una condición conocida como "pistonamiento", en la que la porción más distal del muñón asciende y desciende en la parte inferior del encaje, creando una condición perjudicial para el muñón.

European Patent Office. (2021). Knit prosthetic liner textile with differentiated knit fabric exterior (Patent No. US10966845B2). Espacenet. Fuente: Knit prosthetic liner textile with differentiated knit fabric exterior https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS10966845B2





Fig. 1

# Estado del Arte II

## Össur Iceross Seal-In X




Liner protésico de silicona con un anillo de sellado móvil. Al colocarse dentro del encaje, el anillo se ajusta a la superficie interna y crea un sellado que contribuye a la suspensión por vacío. La silicona se adapta al miembro residual, mientras que el anillo puede reposicionarse para acomodar distintas formas y variaciones de volumen. Este mecanismo ayuda a reducir el desplazamiento vertical (pistoneo) y la rotación dentro del encaje.

Fuente:
Össur Iceross Seal-In X
https://www.ossur.com/es-mx/protesis/liners-silicona

## ROHO QUADTRO SELECT



Cojín de posicionamiento con celdas de aire interconectadas y una válvula de control ISOFLO. Cuando la válvula está abierta, el aire circula entre las celdas; al cerrarla, se separa en cuatro compartimentos. Esta configuración permite ajustar el soporte por zonas, adaptarse a asimetrías pélvicas y distribuir las cargas sobre las superficies de contacto.

Fuente:
ROHO QUADTRO SELECT
https://www.permobil.com/es-es/produits/assise-et-positionnement/coussins/roho/select-series/roho-quadtro-select-high-profile

# Metodología VDI - Propuesta y requerimientos




## FUNCIONES DEL SISTEMA

SOPORTE PÉLVICO ESTABLE Y ADAPTABLE

DISTRIBUYA LAS CARGAS

FAVOREZCA LA ESTABILIDAD

PROTEJA LOS TEJIDOS VULNERABLES










# Metodología VDI - Propuesta y requerimientos

## EXIGENTE





**RF-01 Transmisón de cargas verticales**

Desplazamiento vertical relativo = 0 mm (o< 2 mm de tolerancia biomecánica) en apoyo

Metodo de seguimiento mediante marcadores sobre un maniquí anatómico

[1] P. Sewell et al., "Managing the interface between the limb and the socket in lower-limb prostheses," J. Biomech., vol. 45, no. 15, pp. 2479–2483, 2012.

## EXIGENTE




**RF-02 Limitación de presión máxima**

Presión en injertos < 32mmHg e (UI = 1-DesviaciónEstandar/Media >=80%)

Metodo de seguimiento mediante mapeo de presión en la interfaz por sensores de presión

[2] E. M. Landis, "Micro-injection studies of capillary blood pressure in human skin," Heart, vol. 15, pp. 209–228, 1930.
[3] A. A. Polliack et al., "Interface pressure measurements in lower limb prosthetics: A review," J. Prosthetics Orthotics, vol. 14, no. 1, pp. 23–29, 2002

## EXIGENTE




**RF-03 Ventana de alivio para colostomía**

Ningún punto del borde del encaje debe ejercer contacto directo sobre la colostomía (> X mm)

Metodo de seguimiento mediante Inspección dimensional CAD/CAM por superposición de modelos 3D

[4] W. Stuchly et al., "Design and development of custom pelvic orthoses for patients with complex abdominal and perineal conditions," Prosthet. Orthot. Int., vol. 43, no. 3, pp. 312–320, 2019.

## EXIGENTE




**RF-04: Contención lumbopélvica perimetral**


Inclinación lateral del tronco restringida dentro de un rango fisiológico seguro (ej. < 5° 8°)

Metodo de seguimiento mediante marcadores sobre un maniquí anatómico

[5] H. Goujon et al., "Pelvic tilt and trunk movement analysis in high-level lower limb amputees using pelvic baskets," Gait Posture, vol. 24, no. 2, pp. 182–189, 2006

# Metodología VDI - Propuesta y requerimientos

## IMPORTANTE





**RNF02: Prevención de lesiones por cizallamiento**

Ensayo tribológico mediante tribómetro de plano inclinado o prueba de deslizamiento

COF <= 0.3 registrado bajo cargas normales equivalentes a las del peso corporal.

[6] M. Zhang and A. F. Mak, "In vivo skin response to friction forces: Friction coefficient and shear stress in prosthetics," Sensors, vol. 22, no. 14, Art. no. 5224, 2022.

## IMPORTANTE



**RFN03 Confort térmico y ventilación pasiva**

Mantenimiento de HR< 75% y variación térmica T < 2°C respecto al ambiente.

Prueba de temperatura y de humedad mediante sensores

[7] "Design of prostheses with air ventilation holes, ditches for sweat discharging, and cotton liners for moisture control," J. UOEH, vol. 34, no. 2, pp. 175–181, 2012.

## EXIGENTE




**RNF04 Restricción de masa total de la cesta pélvica**

Masa total <= 2.2kg

Pesar en balanza

[8] Lower Limb Prosthetics: Hip Disarticulation and Hemipelvectomy, The War Amps Manual, War Amps of Canada.

## EXIGENTE




**RNF06 Resistencia estructural y factor de seguridad**

Ausencia de def plástica después de la descarga (deformación permanente < 0.2\%)

Ensayo de carfa y validación previa por análisis

[9] Prosthetics — Structural testing of lower-limb prostheses — Requirements and test methods, ISO Standard 10328, 2016.

# Metodología VDI - Caja negra y esquema funcional

# ENTRADAS

## Señales

- Señal de activación (ON/OFF del sistema de monitoreo)
- Calibración de sensores de presión

## Energía

- Energía mecánica (peso y movimiento del paciente)
- Energía eléctrica (batería del circuito).

## Materia

- Tronco remanente desestabilizado con estoma y prolapso.

# CAJA NEGRA

## ENCAJE PÉLVICO ADAPTATIVO SENSORIZADO

# SALIDAS

## Señales


- Mapa de presión interfacial en tiempo real.
- Alerta de riesgo de isquemia. Estado de batería.

## Energía

- Energía mecánica redistribuida (fuerza de soporte estabilizadora).
- Pérdidas (calor).

## Materia

- Tronco estabilizado, contenido y protegido.
- Humedad evacuada pasivamente.


Materia
Tronco remanente desestabilizado con estoma y prolapso.
Energía
Energía mecánica (peso y movimiento del paciente)
Energía eléctrica (batería del circuito).
Señales
Señal de activación (ON/OFF del sistema de
Calibración de sensores de presión
Módulo Biomecánico y Estructural
Aislar vulnerabilidades: Generar vacíos físicos que eviten todo contacto con el estoma y el prolapso rectal.
Distribuir carga: Redirigir el peso corporal hacia zonas óseas sanas (crestas ilíacas y lumbares).
Contener tronco: Restringir el movimiento lateral mediante el ajuste circunferencial de correas.
Ventilar: Evacuar el calor y sudor de forma pasiva a través de orificios y materiales transpirables.
Módulo de Instrumentación y Adquisición
Acondicionar energía: Suministrar y regular la energía de la batería para encender el circuito.
Captar datos: Medir exclusivamente la fuerza de apoyo utilizando una matriz de sensores de presión (FSR).
Tratar señal: Limpiar el ruido de las señales analógicas de presión y convertirlas a formato digital.
Módulo de Procesamiento y Alertas
Calcular señales: Transformar los datos digitales en un mapa de presiones continuo.
Evaluar riesgo clínico: Detectar inmediatamente si la presión en alguna zona injertada supera el umbral seguro de 32 mmHg.
Comunicar y Actuar: Transmitir la información vía inalámbrica a una aplicación y disparar alertas preventivas.
Materia
Tronco estabilizado, contenido y protegido.
Humedad evacuada pasivamente.
Señales
Mapa de presión interfacial en tiempo real.
Alerta de riesgo de isquemia. Estado de batería.
Energía
Energía mecánica redistribuida (fuerza de soporte estabilizadora).
Pérdidas (calor).

# Metodología VDI - Matriz morfológica

| Nº | Subfunciones (Filas) | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redistribución de cargas | Faja-Socket cruzada: Distribuye las fuerzas en diagonal hacia la región lumbar y pelvis contralateral, limitando el deslizamiento vertical. | Fajado con apoyo lateral (horizontal y vertical): Distribuye la carga hacia la pelvis y la cresta ilíaca contralateral, aliviando la presión directa sobre el muñón. | Soporte pélvico semirrígido: Deriva las cargas verticales hacia zonas óseas para aliviar los tejidos sensibles. |
| 2 | Protección para prolapso | Membrana de silicona médica: Interfaz de contacto directo para proteger la piel sensible y facilitar la limpieza. | Condón lubricante (Funda): Interfaz para reducir la fricción en las zonas de contacto íntimo. | Almohadilla de hidrogel (10x10 cm): Interfaz protectora suave para la distribución local de la presión. |
| 3 | Control de interacción piel-interfaz | Sensor de fuerza: Detección de presión en áreas amplias; ideal para integrarse en las almohadillas de soporte. | Sensor de presión : Sensor de zona única de bajo costo, ideal para monitorear áreas amplias y almohadillas. | Sensor de presión Medición de zona única ideal para áreas amplias y almohadillas. |
| 4 | Estabilización lumbopélvica | Corrector de postura en X: Estructura de soporte para mejorar la alineación del tronco. | Faja unilateral diagonal: Banda de contención asimétrica para estabilización pélvica. | Faja pélvica: Banda de contención principal para la estabilización del paciente. |
| 5 | Gestión térmica | Material de cambio de fase (PCM): Regula la temperatura (27–31 °C) absorbiendo el calor corporal, complementado con ventilación pasiva contra la humedad. | Perforaciones de ventilación: Orificios estructurales que mejoran la circulación del aire y regulan la temperatura interna del socket. | Optimización térmica: Diseño estructural enfocado en disipar el calor del encaje (Webber & Davis). |
| 6 | Adaptación anatómica | Escaneo 3D anatómico: Diseño hecho a medida de la geometría del paciente, con elementos regulables para ajustes posteriores. | Fajado multipunto: Permite ajustar la tensión de forma independiente por zonas para adaptarse a la anatomía irregular. | Ajuste perimetral regulable: Correas adaptables a los cambios diarios de volumen y forma de la pelvis. |
| 7 | Resistencia estructural | Estructura semirrígida: Reforzada estratégicamente en zonas de alta carga para equilibrar soporte mecánico y flexibilidad. | Estructura rígida de soporte: Redirige el peso hacia las zonas óseas más resistentes, evitando la concentración de esfuerzos. | Estructura rigidizada: Refuerzos mecánicos en los puntos críticos de unión y transmisión de carga. |
| 8 | Mantenibilidad e higiene | Justificación clínica de higiene: El uso y lavado diario de liners de silicona previene sudoración excesiva, malos olores y erupciones cutáneas en encajes protésicos. | Compatibilidad de descontaminación: Materiales poliméricos seleccionados para resistir los métodos de limpieza y desinfección diaria sin degradar su superficie. | Limpieza anti-biofilm: Superficies de silicona compatibles con métodos clínicos de descontaminación combinada. |
| 9 | Adaptacion de interfaz | | Interfaz inferior reforzada: Base estructural compatible con adaptadores de tubo estándar | |


# Metodología VDI -Selección del concepto

| Criterio de evaluación | Peso (%) | Concepto 1 | Concepto 2 | Concepto 3 |
|---|---|---|---|---|
| Distribución y gestión de cargas | 20% | 4 (0.8) | 3(0.6) | 2(0.4) |
| Adaptación y ajuste | 20% | 3 (0.6) | 5(1) | 3(0.6) |
| Protección y confort | 20% | 3(0.6) | 4(0.8) | 2(0.4) |
| Sensorización | 15% | 4(0.6) | 4(0.6) | 4(0.6) |
| Desempeño estructural | 10% | 4(0.4) | 4(0.4) | 4(0.4) |
| Mantenimiento e integración | 10% | 3(0.3) | 5(0.5) | 3(0.3) |
| Viabilidad económica | 5% | 4(0.1) | 4(0.2) | 3(0.1) |
| TOTAL | 100% | 3.5 | 4.1 | 2.9 |


Con un puntaje acumulado de 4.1 / 5, el concepto 2 se consolidó como la opción óptima, destacando significativamente en los criterios de “adaptación y ajuste” y “mantenimiento e integración” y resolviendo la complejidad anatómica del paciente.

# Metodología VDI - Bocetos

## Vista Frontal



## Vista de Perfil



# Conclusiones/siguientes pasos

## Conclusiones

· Concepto seleccionado: socket ajustable con tirante unilateral (4.1/5).
· Redistribución de cargas hacia estructuras óseas viables.
· Ajuste anatómico y protección de la colostomía, el prolapso y los injertos.
· Sensores para monitorear las presiones de contacto.

## Siguientes pasos

· Desarrollar el diseño CAD personalizado.
· Fabricar un prototipo ajustable y ventilado.
. Calibrar los sensores FSR y validar las alertas.
· Realizar pruebas de carga, presión, comodidad
e higiene.
· Validar el diseño con especialistas clínicos.

# Referencias


- J.-H. Zheng et al., "Life-saving therapy for complete traumatic hemipelvectomy: a case report," Chinese Medical Journal, vol. 134, pp. 1376-1378, 2021, doi: 10.1097/cm9.0000000000001372.
- P. Galland, C. Krettek, J. Ernst, S. Sehmisch, y S. Decker, "Long-term physical and psychological outcome following traumatic hemipelvectomy," Eur. J. Trauma Emerg. Surg., 2022, doi: 10.1007/s00068-022-02151-2.
- M. Liu, B. Evert, S. Kim, M. D. Dickey, A. Bozkurt, y W. Filer, "Monitoring the ResidualLimb-Socket Interface: A Perspective on Clinical Needs and Challenges," Biomed. Mater. Devices, dic. 28, 2025, doi: 10.1007/s44174-025-00594-w
- Össur, "Iceross Seal-In X," Össur, producto comercial, s. f. https://www.ossur.com/es-mx/protesis/liners-silicona
- Permobil, "ROHO QUADTRO SELECT Cushion," Permobil, producto comercial, s. f. https://www.permobil.com/en-us/products/seating-positioning/cushioning-products/roho/select-series/roho-quadtro-select


Las referencias bibliográficas deberán presentarse en formato Vancouver o IEEE. Se recomienda incluir los DOI como enlaces directos para facilitar el acceso y la verificación de las fuentes consultadas.

Equipo 14

# ¡Muchas gracias por la atención!

