ORIGEM DO DOCUMENTO:	Gerência de Engenharia Clínica		
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Procedimento Operacional Padrão de Abertura de Ordem de Serviço			POP.GEC.001
DATA 1º VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
27/11/2025	27/11/2025	01	27/11/2027

1. OBJETIVO

1.1 Padronizar abertura das ordens de serviços para os equipamentos médicos hospitalares (EMH) da Fundação Cecon.

1.2 Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo padronizar o processo de abertura de chamados para manutenção de equipamentos médicos hospitalares junto à Gerência de Engenharia Clínica (GEC).

1.3 Este documento estabelece diretrizes claras para que os chamados sejam registrados de forma correta, contendo todas as informações necessárias para a triagem, priorização e encaminhamento adequado das demandas à equipe técnica responsável, garantir a rastreabilidade, agilidade e eficiência na comunicação de falhas nos equipamentos médicos hospitalares, contribuindo para sua disponibilidade e segurança no atendimento aos pacientes.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Aplica-se a todas as áreas da Fundação Cecon.

3. COMPETÊNCIA

3.1 A Gerência de Engenharia Clínica (GEC) será responsável pela POP de abertura de Ordem de Serviço.

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/77D6.48D1.D846.59F7/85070B7B
Código verificador: **77D6.48D1.D846.59F7** CRC: **85070B7B**

3.2 Este procedimento se aplica à Fundação Cecon, abrangendo todos os setores que utilizam equipamentos médicos hospitalares e necessitam acionar GEC para manutenção corretiva, preventiva, calibração, ou instruções de uso dos mesmos.

4. DETALHAMENTO

4.1 A abertura dos chamados deve ser realizada pelos responsáveis dos setores onde o equipamento está instalado.

4.2 O GEC da Fundação Cecon será responsável pela triagem, atendimento e execução das manutenções conforme prioridade e criticidade do equipamento, e acionando a Empresa contratada para manutenção do equipamento, se houver.

4.3. Siglas utilizadas:

- GEC – Gerencia de Engenharia Clínica;
- MP – Manutenção Preventiva;
- MC – Manutenção Corretiva;
- EHM – Equipamentos médico-hospitalar;
- TAG – Identificador do EHM;
- OS – Ordem de Serviço

5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

5.1 Detectar o defeito no Equipamento médico-hospitalar (EMH).

5.1.1 Caso o defeito seja detectado por paciente, este deverá acionar equipe de enfermagem, que acionará o Setor de Equipamentos;

5..1.2 As solicitações para manutenção dos EMH podem ser demandadas via:

- Ronda setoriais diárias;
- Contato telefônica (Ramal 5383);

5.2 O Setor de Manutenção de Equipamentos, ao receber a solicitação, irá ao setor identificar a possível falha no equipamento, diagnosticada a falha o equipamento será recolhido para manutenção, caso seja possível, ou será realizada a manutenção no setor solicitante.

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/77D6.48D1.D846.59F7/85070B7B
Código verificador: **77D6.48D1.D846.59F7** CRC: **85070B7B**

5.3 Na retirada do equipamento do setor solicitante, será anotado o número de série, para realizar abertura de ordem de serviço na planilha anexo I, com as seguintes informações:

- Número de Série/TAG e/ou Número de patrimônio;
- Responsável que está abrindo a solicitação de ordens de serviço;
- Informar defeito identificado por equipe do setor de origem da abertura de ordem de serviço;

5.4 Será consultado aba de inventário através do número de série e/ou patrimônio informado pelo solicitante, para verificar qual *__TAG,__ para preenchimento da aba da planilha de inventário e abertura de ordens de serviços.

- A tag é um código que identifica equipamentos e componentes, e é um passo fundamental para a gestão da manutenção. O tagueamento, ou identificação industrial, é a técnica de identificar cada equipamento e a sua localização na planta de uma indústria.
- A tag é o primeiro passo para a construção do plano de manutenção do equipamento, pois permite o rastreamento e cadastramento das máquinas e a manutenção desses ativos.
- A norma ABNT NBR 8190 rege a padronização da sinalização e identificação de equipamentos e instrumentos industriais, incluindo o tag.

5.5 Será utilizado a planilha de inventário, e abertura de ordens de serviços, para incluir solicitação e informações;

- Número de Ordem de serviço (OS): sequenciado em planilha;
- Data da OS: data da solicitação de abertura da OS;
- Hora da Abertura: hora da solicitação da OS;
- Solicitante da OS: responsável por solicitar a OS;
- Setor: setor de origem da solicitação;
- TAG: planilha automaticamente preencherá as informações seguintes, conforme inventário dos equipamentos médicos hospitalares;

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/77D6.48D1.D846.59F7/85070B7B
Código verificador: **77D6.48D1.D846.59F7** CRC: **85070B7B**

- Equipamento: tipo de equipamentos da tecnologia;
- Fabricante: nome do fabricante da tecnologia;
- Modelo: tipo do modelo do equipamento;
- Número de Série; número de série do fabricante;
- Número de Patrimônio: número de registro fornecido pelo Almoxarifado;
- Tipo de manutenção: informar tipo da manutenção: corretiva, preventiva, calibração ou segurança elétrica;
- Falha informada: incluir informação do solicitante;
- Falha identificada: incluir informação técnica da falha;
- Resolvido por: incluir o nome do técnico que realizou a manutenção;
- Envio do Equipamento para fora: incluir sim ou não, caso o equipamento foi enviado para manutenção externa;
- Data de envio: data em que o EMH foi enviado para manutenção externa;
- Empresa: informar empresa responsável pela manutenção;
- Observação: campo livre para inclusão de informações adicionais;
- Status Pendência: informar status da OS: aberta, aguardando peças e/ou fechada;
- Data de fechamento: data em qual o processo da manutenção foi resolvido;
- OS da empresa: inclusão do número de controle da OS, da empresa que prestou o serviço;

5.6 As OS podem finalizar em abertas e/ou fechadas – Caso abertas e o equipamentos não tenha resolutividade, e neste caso deve incluir obrigatoriamente no campo observação, porque não foi resolvido.

6. ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO

6.1 A estratégia de monitoramento será realizada por meio de indicadores de gestão de MP e MC atualizados mensalmente;

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/77D6.48D1.D846.59F7/85070B7B
Código verificador: **77D6.48D1.D846.59F7** CRC: **85070B7B**

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

7. INDICADORES

7.1 A planilha de inventário e abertura de OS fornecerá dados para mensuração dos indicadores das manutenções corretivas e preventivas.

8. REFERÊNCIAS

8.1 Boas práticas de gestão da GEC da Fundação Cecon.

9. ANEXOS

Nùm de controle/TAG	Equipamento	Fabricante	Modelo	Número de Série	Nº Patrimônio	Complexidade
FC-0001	Acelerador Linear	Varian	Clinac 21EX	5364	20556	Alta
FC-0002	Acelerador Linear	Varian	Clinac CX	6449		Alta
FC-0003	Agitador de plaquetas	Fresenius Hemocare	Plaqueta Mix	NI	90688	Baixa
FC-0004	Agitador de soluções	KASVI Basic	Vortex Mixer k45-2811405201094			Baixa
FC-0005	AGITADOR E HOMOGENEIZADOR	FANEM	270 THB	MAC 13110	90446	Baixa
FC-0006	AGITADOR E HOMOGENEIZADOR	LUCKHAM	NI		090479	Baixa
FC-0007	AGITADOR E HOMOGENEIZADOR	PHOENIX LUFERCO	AP-22	7497	090440	Baixa
FC-0008	AGITADOR E HOMOGENEIZADOR TUBOS VORTEX	GLOBAL TRADE	XH-D	XHD2018110057	021616	Baixa
FC-0009	AGITADOR E HOMOGENEIZADOR TUBOS VORTEX	GLOBAL TRADE	XH-D	XHD2018110058	021615	Baixa
FC-0010	AGITADOR E HOMOGENEIZADOR TUBOS VORTEX	PHOENIX LUFERCO	AP-56	9003	090461	Baixa
FC-0011	AGITADOR E HOMOGENEIZADOR TUBOS VORTEX	GLOBAL TRADE	XH DU	XHDU0720200 01		Baixa
FC-0012	AGITADOR E HOMOGENEIZADOR TUBOS VORTEX	GLOBAL TRADE	XH DU	XHDU0720200 02		Baixa
FC-0013	Agitador Magnético	Solid Steel	SSA GA 10L	2111 0429 A	25739	Baixa
FC-0014	Amogamador	RHOS	Mixalloy	33147	91301	Baixa
FC-0015	Aparelho de Laserterapia	Ibramed	LaserPulse	465540037	21889	Média
FC-0016	Aparelho de Laserterapia	Ibramed	LaserPulse	689200033	22373	Média
FC-0017	Aparelho de Laserterapia	DMC	Therapy XT	17745	NI	Média
FC-0018	Aparelho de Laserterapia	DMC	Therapy XT	4242	20001	Média
FC-0019	Aparelho de Laserterapia	DMC	Therapy XT	21273	NI	Média

Planilha 01 – Inventário de EMH

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/77D6.48D1.D846.59F7/85070B7B
Código verificador: **77D6.48D1.D846.59F7** CRC: **85070B7B**

Nº de OS	DATA da OS	Mês	Hora da Abertura	Solicitante da OS	Setor	Ramal	Tag	Equipamento	Fabricante	Modelo	Número de Série
2025-0001	03/11/2025	nov/25	07:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0553	Monitor Multiparamétrico	Prolife	P10	P0801860
2025-0002	03/11/2025	nov/25	08:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0240	Carro de anestesia	GE	Carestation 620	SM620290033WA
2025-0003	03/11/2025	nov/25	09:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0123	Bisturi Eletrônico	WEN	SS 501 LX	LAE0001102
2025-0004	03/11/2025	nov/25	10:00	Enf Geane	UTI Adulto	5383	FC-0587	Monitor Multiparamétrico	Prolife	T7	T0700494
2025-0005	04/11/2025	nov/25	07:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0231	Carro de anestesia	Drager Medical	Fabius GS Premium	Aska 0052
2025-0006	04/11/2025	nov/25	08:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0470	Mesa cirúrgica	Maquet	Betastar 1131	4391
2025-0007	04/11/2025	nov/25	09:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0122	Bisturi Eletrônico	WEN	SS 501 LX	LAE0001121
2025-0008	05/11/2025	nov/25	11:00	Sandra Lopes	Fisioterapia	5383	FC-0015	Aparelho de Laserterapia	Ibramed	LaserPulse	465540037
2025-0009	05/11/2025	nov/25	10:00	Sandra Lopes	Fisioterapia	5383	FC-0016	Aparelho de Laserterapia	Ibramed	LaserPulse	689200033
2025-0010	05/11/2025	nov/25	09:00	Dr Vandeley Alves	Analise Clinica	5383	FC-0174	Cabine de fluxo laminar	Quimis	Q 216 F20	009
2025-0011	05/11/2025	nov/25	14:00	Dr Kacio	Analise Clinica	5383	FC-0175	Cabine de segurança biológica	Pachane	PA 610	17313
2025-0012	06/11/2025	nov/25	09:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0707	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	6031015
2025-0013	06/11/2025	nov/25	10:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0707	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	6031015
2025-0014	06/11/2025	nov/25	11:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0707	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	6031015
2025-0015	06/11/2025	nov/25	13:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0701	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	6031018
2025-0016	06/11/2025	nov/25	14:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0701	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	6031018
2025-0017	06/11/2025	nov/25	15:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0701	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	6031018
2025-0018	04/11/2025	nov/25	14:00	Enf Wanessa	UTI Adulto	5383	FC-0570	Monitor Multiparamétrico	Alfamed	Vita 600	V600000166
2025-0019	05/11/2025	nov/25	14:00	Enf Graça	Centro Cirurgico	5383	FC-0583	Monitor Multiparamétrico	Prolife	T7	T0700471
2025-0020	11/11/2025	nov/25	09:00	Enf Francisco	UTI Pediatrica	5383	FC-0708	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	9091005
2025-0021	11/11/2025	nov/25	10:00	Enf Francisco	UTI Pediatrica	5383	FC-0708	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	9091005
2025-0022	11/11/2025	nov/25	11:00	Enf Francisco	UTI Pediatrica	5383	FC-0708	Ventilador pulmonar	Dixtal	DX3010	9091005

Planilha 02 – Abertura de OS

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.


FCECON

GESTÃO À VISTA
Setor: GERENCIA DE ENGENHARIA CLINICA

Cód.: NOR.GEC.001
Data de elaboração: 01/02/2025
Revisão: 01/10/2025

INDICADORES	PERIODIC.	UNID	TEND	META ATUAL	1º SEMESTRE						2º SEMESTRE					
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
TAXA DE ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ATENDIDAS	Mensal	%	↑	70%	100,00%	100,00%	100,00%	866,67%	80,00%	97,18%	74,60%	40,00%	66,67%	######	0,00%	0,00%
TAXA DE ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ATENDIDAS	Mensal	%	↑	70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

Assinatura e Carimbo do Gestor



Planilha 03 – Indicadores de Gestão

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/77D6.48D1.D846.59F7/85070B7B
Código verificador: **77D6.48D1.D846.59F7** CRC: **85070B7B**

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	27/11/2025	Elaboração do POP

Elaboração: Ícaro Augusto Paiva Falcão Assinatura: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO:84258160253 Assinado de forma digital por ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO:84258160253 Dados: 2025.11.28 16:39:09 -04'00'	Data: 27/11/2025
Aprovação: Assinatura: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO:13433881200 Assinado de forma digital por DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO:13433881200 Dados: 2025.12.01 11:13:52 -04'00'	Data:

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:38 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/77D6.48D1.D846.59F7/85070B7B
Código verificador: **77D6.48D1.D846.59F7** CRC: **85070B7B**