ORIGEM DO DOCUMENTO:	Gerência de Engenharia Clínica		
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Procedimento Operacional Padrão de Manutenção Preventiva de Equipamentos Médico-hospitalares			POP.GEC.002
DATA 1º VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
27/11/2025	27/11/2025	01	27/11/2027

1. OBJETIVO

1.1 Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo padronizar o processo de Manutenção Preventiva de equipamentos médico-hospitalares, segmentando os serviços entre manutenção interna e externa.

1.2 O documento estabelece diretrizes claras para garantir que as Manutenções Preventivas sejam realizadas de maneira padronizada, eficaz e segura, contendo todas as informações necessárias para a orientação da equipe técnica responsável.

1.3 Descrever os procedimentos para a execução da manutenção preventiva em equipamentos médico-hospitalares, garantindo a continuidade do funcionamento dos equipamentos essenciais para a assistência, prevenindo falhas inesperadas, minimizando riscos e assegurando a qualidade e segurança no atendimento.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Este procedimento se aplica à Fundação Cecon, abrangendo todos os equipamentos médicos hospitalares dessa unidade**,** assim como, o acompanhamento dos serviços prestados por empresas terceirizadas.

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/1576.8F28.11F2.FD9D/483910F4
Código verificador: **1576.8F28.11F2.FD9D** CRC: **483910F4**

3. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS

3.1 Solicitante: Funcionário do setor, responsável pela abertura do chamado, conforme POP de ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇOS nº 001/2025;

3.2 Gerencia de Engenharia Clínica: Responsável pelo recebimento dos chamados e auxílio em compilar informações relativas ao serviço, como solicitação de propostas com fornecedores, anexação de documentos e demais serviços administrativos; e responsável pela fiscalização de checklists de manutenção preventiva, elaboração do cronograma de preventivas internas e externas, supervisão e orientação da equipe técnica e administrativa.

3.3 Prestadores de serviço externos: Equipe técnica de empresas representantes e/ou especialistas, responsáveis pelo serviço de determinados equipamentos.

4. DESCRIÇÃO DA ROTINA E PROCEDIMENTO

4.1 A manutenção preventiva será executada por profissional qualificado e devidamente registrada por meio de checklist individual, específico para cada tipo de equipamento.

4.2 Todas as manutenções preventivas realizadas por prestadores externos deverão ser acompanhadas pelo responsável do Gerencia de Engenharia Clínica, com o objetivo de assegurar a correta execução dos procedimentos, conforme previsto na documentação técnica.

4.3 Durante a execução da manutenção preventiva, o técnico responsável deverá afixar uma etiqueta no equipamento, indicando a data da realização do serviço e a data prevista para a próxima revisão.

4.4 Todos os equipamentos médico-hospitalares deverão ser submetidos à manutenção preventiva. A periodicidade das manutenções deve estar em conformidade com as recomendações do fabricante e/ou com a legislação vigente. Um cronograma anual desses serviços deve ser apresentado e aprovado pela direção da unidade.

5. DEFINIÇÕES E SIGLAS

5.1 As siglas utilizadas terão a seguinte identificação:

- GEC – Gerencia de Engenharia Clínica;

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/1576.8F28.11F2.FD9D/483910F4
Código verificador: **1576.8F28.11F2.FD9D** CRC: **483910F4**

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- MP – Manutenção Preventiva;
- MC – Manutenção Corretiva;
- EHM – Equipamentos médico-hospitalar;
- TAG – Identificador do EHM;
- OS – Ordem de Serviço

6. REFERÊNCIAS

6.1 Boas práticas de gestão da GEC da Fundação Cecon.

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	27/11/2025	Elaboração do POP

Elaboração: Ícaro Augusto Paiva Falcão Assinatura: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO:84258160253 Assinado de forma digital por ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO:84258160253 Dados: 2025.11.28 16:41:37 -04'00'	Data: 27/11/2025
Aprovação: Assinatura: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO:13433881200 Assinado de forma digital por DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO:13433881200 Dados: 2025.12.01 11:21:22 -04'00'	Data:

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/1576.8F28.11F2.FD9D/483910F4
Código verificador: **1576.8F28.11F2.FD9D** CRC: **483910F4**