ORIGEM DO DOCUMENTO:	Gerência de Engenharia Clínica		
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Procedimento Operacional Padrão de Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-hospitalares			POP.GEC.003
DATA 1º VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
27/11/2025	27/11/2025	01	27/11/2027

1. OBJETIVO

1.1Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo padronizar o processo de Manutenção Corretiva de equipamentos médico-hospitalares, segmentando os serviços entre manutenção interna e externa.

1.2 O documento estabelece diretrizes claras para garantir que as Manutenções Corretivas sejam realizadas de maneira padronizada, eficaz e segura, contendo todas as informações necessárias para a orientação da equipe técnica responsável.

1.3 Descrever os procedimentos para a execução da manutenção corretiva em equipamentos médico-hospitalares, garantindo a continuidade do funcionamento dos equipamentos essenciais para a assistência, minimizando riscos e assegurando a qualidade e segurança no atendimento.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Este procedimento se aplica à Fundação Cecon, abrangendo todos os equipamentos médicos hospitalares dessa unidade**,** assim como, o acompanhamento dos serviços prestados por empresas terceirizadas.

3. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS

3.1 Solicitante: Funcionário do setor, responsável pela abertura do chamado, conforme POP de ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇOS nº 001/2025;

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/A5FE.5996.E686.F4B0/6AE3F742
Código verificador: **A5FE.5996.E686.F4B0** CRC: **6AE3F742**

3.2 Gerencia de Engenharia Clínica: Responsável pelo recebimento dos chamados e auxílio em compilar informações relativas ao serviço, como solicitação de propostas com fornecedores, anexação de documentos e demais serviços administrativos;

3.1 Prestadores de serviço externos: Equipe técnica de empresas representantes e/ou especialistas, responsáveis pelo serviço de determinados equipamentos.

4. DESCRIÇÃO DA ROTINA E PROCEDIMENTO

4.1 Os serviços de Manutenção Corretiva serão realizados após a comunicação do chamado técnico pelos setores, seguindo a ordem de prioridade, via contato telefônica ou ronda diária, conforme descrito no POP de Abertura de Chamados de ordens de serviços.


4.2 Após a abertura do chamado, o responsável do Gerencia de Engenharia Clínica se desloca até o setor solicitante para realizar o primeiro atendimento, analisando o defeito reclamado e as condições locais. Durante esta análise, são verificadas:

- Condição da infraestrutura local (exemplo: tensão de alimentação, pressão da rede de gases, entre outros);
- Teste de operação e simulação do defeito reclamado;
- Verificação da configuração dos equipamentos;
- Avaliação da capacitação dos operadores do setor;
- Constatação de danos ao equipamento ou ausência de peças;
- Identificação de equipamentos com contrato ativo e necessidade de abertura de chamados externos.

4.3 Todos os serviços são documentados por meio de Ordem de Serviço (OS), que é armazenada na planilha de abertura de ordem de serviço. As manutenções corretivas realizadas por empresas externas serão acompanhadas tecnicamente pelo Gerencia de Engenharia Clínica. O procedimento de atendimento de Manutenção Corretiva está ilustrado no fluxograma abaixo:

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/A5FE.5996.E686.F4B0/6AE3F742
Código verificador: **A5FE.5996.E686.F4B0** CRC: **6AE3F742**




Legenda: Fluxograma de Primeiro atendimento de Manutenção Corretiva

Fonte: Elaboração própria.

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/A5FE.5996.E686.F4B0/6AE3F742
Código verificador: **A5FE.5996.E686.F4B0** CRC: **6AE3F742**



Legenda: Fluxograma de Manutenção Corretiva simplificada.

Fonte: Elaboração própria.

4.4 Todos os As ordens de serviço pendentes permanecem abertas no sistema, até a resolução do defeito ou desativação do equipamento;

4.5 Equipamentos com orçamento dependem da disponibilidade de verba e aprovação da unidade para serem executados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/A5FE.5996.E686.F4B0/6AE3F742
Código verificador: **A5FE.5996.E686.F4B0** CRC: **6AE3F742**

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

5. DEFINIÇÕES E SIGLAS

5.1 As siglas utilizadas terão a seguinte identificação:

- GEC – Gerencia de Engenharia Clínica;
- MP – Manutenção Preventiva;
- MC – Manutenção Corretiva;
- EHM – Equipamentos médico-hospitalar;

6. REFERÊNCIAS

6.1 Boas práticas de gestão da GEC da Fundação Cecon.

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	27/11/2025	Elaboração do POP

Elaboração: Ícaro Augusto Paiva Falcão Assinatura: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO:84258160253 Assinado de forma digital por ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO:84258160253 Dados: 2025.11.28 16:42:29 -04'00'	Data: 27/11/2025
Aprovação: Assinatura: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO:13433881200 Assinado de forma digital por DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO:13433881200 Dados: 2025.12.01 11:19:09 -04'00'	Data:

Assinado digitalmente por: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO em 01/12/2025 às 11:28:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Assinado digitalmente por: ICARO AUGUSTO PAIVA FALCAO em 28/11/2025 às 16:50:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/A5FE.5996.E686.F4B0/6AE3F742
Código verificador: **A5FE.5996.E686.F4B0** CRC: **6AE3F742**