

**PROTOCOLO AMBULANCIAS TIPO A2.**

(actualizado 23/02/2023).

Día 1 de cada mes se revisará la caducidad y los equipos de la ambulancia.

☐ Documentacion.

Día 1	Tecnico	Firma
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

**1-1 Equipos de traslado de pacientes**

**Cortacinturones**

Producto	Tipo A2	Si	no
Camilla principal		1	
Dispositivo para trasladar paciente sentado		1	
Sabana traslado.		1	
Silla sube escalera eléctrica.			
Sistema de rampa para acceso a la misma.		1	
Sistema de sujeción silla de ruedas			

**1.2.-EQUIPO VENTILACION.**

Tipo de equipo de ventilación/respiración (mochila vía aérea adulta y pediátrica).			
Producto	Tipo A2	Si	no
Oxígeno fijo (A). 2 botellas /caudalímetro con caudal máximo no inferior a 15 litros/minuto y válvula reguladora (2 unidades).	X		
Oxígeno portátil. (B). Mínimo de 400 litros y caudalímetro con caudal máximo no inferior a 15 litros/minuto y válvula reguladora.	1		
Resucitador con entrada de oxígeno y mascarilla y cánulas para todas las edades y bolsa con reservorio.	X		
Ventilador con acoplamiento boca a mascarilla, con entrada de oxígeno.	1		
Aspirador de secreciones portátil.	1		

Mascarilla Venturi adulto			
Mascarilla Venturi pediátrica			
Mascarilla Alto flujo adulto			
Mascarilla Alto flujo pediátrica			
Juego sondas aspiración			
Juego de guedells			

<b>OBSERVACIONES</b>
A- se puede instalar una capacidad reducida de 1000l, en ambulancias de carretera de los tipos A2.
B -se puede instalar botellas de 200l en ambulancias de carreteras A2.
<b>VERIFICACION</b>

### 1.3. EQUIPO DE DIAGNOSTICO.

<b>TS</b>			
<i>Tipo de equipo para diagnóstico.</i>			
<b>Producto</b>	<b>Tipo A2</b>	<b>Si</b>	<b>no</b>
<i>Oxímetro con 2 Pilas “AAA”</i>	X		

### 1.4.- EQUIPO DE INFUSION

<i>Tipo de material o equipo de infusión.</i>			
<b>Producto</b>	<b>Tipo A2</b>	<b>Si</b>	<b>no</b>
<i>Dispositivo para poder proceder a la suspensión de soluciones de perfusión intravenosa.</i>	2		

### 1.5.-EQUIPO PARA LA GESTION DE PROBLEMAS EN LOS QUE PELIGRA LA VIDA.

<i>Tipos de equipos para la gestión de problemas en los que peligra la vida.</i>		
<b>Producto</b>	<b>Tipo A2</b>	
<i>Desfibrilador DESA</i>	1	
<i>Tijera cortar ropa</i>	1	
<i>Rasuradora</i>	1	

### 1.6.- PRODUCTOS DE VENDAJES Y ASISTENCIA SANITARIA

	<b>TS</b>	
	<i>Productos para vendajes y asistencia sanitaria</i>	
<b>Producto</b>	<b>Tipo A2</b>	
<i>Equipo de cama</i>	2	
<i>Batea vomitoria</i>	2	
<i>Mantas</i>	4	
<i>Material tratamientos de heridas</i>		
<i>Alcohol, Betadine, suero fisiológico,</i>	1	
<i>Batea vomitoria</i>	1	
<i>Bolsa vomitoria</i>	1	
<i>Cuña</i>	1	
<i>Botella urinaria no vidrio</i>	1	
<i>Recipiente porta objetos punzocortantes</i>	1	
<i>Guantes quirúrgicos estériles (2 und talla)</i>	X	
<i>Guantes no estériles 100 unidades</i>	100	
<i>Kit asistencia al parto</i>	1	

<i>Bolsa vomitoria.</i>	<i>1</i>
<i>Bolsas de residuos clínicos</i>	<i>1</i>
<i>Sábanas sin tejer de la camilla</i>	<i>1</i>
<i>Juegos de suministros situaciones especiales que contienen:</i> <i>-materiales para cernir.</i> <i>-hemostáticos.</i> <i>-Torniquetes.</i> <i>-Agujas para aspiración neumotórax.</i> <i>-apósitos prefabricados.</i> <i>-Parches torácicos oclusivos.</i>	<i>X</i>

2-DOCUMENTACION OBLIGATORIA AMBULANCIA.

SI    NO

<i>TS</i> <i>Copia del certificado de conformidad del fabricante y/o carrocerero certificando que dicha ambulancia cumple la norma EN 1789:2021.</i>		
<i>REGISTRO DE DESINFECCIONES PERIODICAS.</i>		
<i>DISPONE DE HOJAS QUEJAS Y RECLAMACIONES</i>		
<i>DISPONE DE HOJA REVISION DE EXTINTOR</i>		
<i>FICHA TECNICA, PERMISO CIRCULACION, POLIZA SEGURO.</i>		
<i>CERTIFICADO SANITARIO ITS.</i>		
<i>CERTIFICADO DESINFECCION DE AMBULANCIA.</i>		
<i>CERTIFICADO NORMA UNE DE LA AMBULANCIA</i>		
<i>CERTIFICADO N.I.C.A AUTORIZACION COMO CENTRO SANITARIO.</i>		