

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación de la fuente de corriente eléctrica
2. Preparar el molde. El ensamblaje de los cristales se lleva a cabo colocando los separadores en los extremos de la placa blanca de aluminio, luego se sitúa encima del material translúcido procurando que encaje perfectamente.
3. Introducir el conjunto entre las prensas procurando que los cristales lleguen bien al extremo inferior de las prensas
4. Presionar las tuercas por orden alternando ambos lados ejerciendo cierta presión sobre ellas
5. Colocar el conjunto ensamblado en el montador colocando las tuercas externas las cuales dejarán estanco el espacio entre los cristales el cual servirá de molde para la formación del gel poliacrilamida.
6. Verter el gel separador en el molde hasta los 2/3 de la altura total
7. Insertar el peine de forma biselada el cual dará forma a los pocillos del gel de electroforesis
8. Extraer el cristal y colocar sobre el soporte de la cubeta de electroforesis
9. Extraer el peine y llenar con buffer de electroforesis el espacio que queda entre el cristal y el soporte, así como la parte inferior de la cubeta.
10. Cargar las muestras en los pocillos
11. Ensamblar la parte superior de la cubeta de electroforesis y conectar la fuente de poder
12. Programar el voltaje e iniciar la electroforesis
13. Apagar la fuente de poder
14. Desensamblar el molde y trasladar el gel hasta la placa que contiene el líquido de tinción, este proceso es muy delicado
15. Dejar reposar el tiempo establecido según protocolo, éste se decolora y ya se puede observar el patrón de bandas
16. Observar los resultados en el trans – iluminador
17. Registrar el uso.