

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. A continuación, se mostrará el panel de control
3. Para colocar las muestras retirar la tapa del rotor girando en sentido antihorario
4. Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
5. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente
6. Presione el botón “SELECT” para elegir el parámetro que deseamos modificar. Gire en el sentido de las agujas del reloj el botón de parámetro para aumentar o disminuir el tiempo y la velocidad de la centrífuga.
7. Una vez culminado el procedimiento de centrifugado la tapa se abre automáticamente
8. Apagar el equipo
9. Registrar el uso de equipo