

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Recoge la funda que cubre el microscopio y conecta el cable de alimentación del microscopio a una toma de corriente
2. Enciende el microscopio con el interruptor que se encuentra en la base inferior derecha. Ajuste la intensidad de la luz con el control de iluminación.
3. Coloca la lámina porta objetos con la muestra a observar sobre la platina
4. Elije el objeto (10X, 40X, 100X) al cual va observar la preparación y la enfoca mediante el tornillo micrométrico, ajustándolo hacia atrás o hacia delante, hasta lograr observar una imagen nítida.
5. Ajusta la luz del microscopio según se requiera para observar la imagen con más claridad
6. Observar la preparación recorriendo toda la placa
7. Coloca una gota de aceite de inmersión sobre la lámina cuando utilice el objetivo 100X
8. Retire la lámina, deja el revolver en la posición donde no hay objetivo, el condensador cerrado con el diafragma abajo, ajusta la luz al mínimo y apaga el microscopio.
9. Registra en el formato de uso de microscopio.