

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica 2.
2. Apagar Conectar cable de alimentación del equipo a la toma de corriente
3. Registrar eléctrica el uso de equipos
4. Presionar el botón de encendido (parte delantera)
5. El panel de control de táctil encenderá automáticamente
6. Para abrir la puerta, tire de la manilla hacia un lado (derecha). Para cerrar la puerta, empújela hasta el fondo y presione la manilla a un lado
7. Para programar los parámetros requeridos, seguir los siguientes pasos: ■ Active el parámetro deseado (Ejem., Temperatura) presionando la tecla de activación (situada a la izquierda) ■ Ajuste el valor nominal deseado (p. ej., 180.0 °C) girando el botón giratorio a derecha o izquierda.
8. Introduce tus muestras
9. Apaga el equipo presionando el botón
10. Registrar el uso de equipo El indicador activado se destaca con un cuadrado de color, mientras que los demás indicadores se ven más atenuados. El valor nominal (Set) se resalta sobre un fondo de color
11. Apagar el equipo
12. Registrar el uso de equipos Abrir la puerta de la congeladora a -30° C e introducir las muestras a conservar La congeladora está lista para su funcionamiento Registrar el uso del equipo.