

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: DLAB

MODELO: D3024

SERIE: LW178AH0000057

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
 - 2.
 3. Presionar el botón de encendido ON/OFF (Ubicado al lado derecho) el bloqueo de la puerta se abre automáticamente
 4. A continuación, se mostrará el panel de control
 5. Para colocar las muestras retirar la tapa del rotor girando en sentido antihorario
 6. Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
 7. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente
 8. Presione el botón "SELECT" para elegir el parámetro que deseamos modificar. Gire en el sentido de las agujas del reloj el botón de parámetro para aumentar o disminuir el tiempo y la velocidad de la centrífuga.
 9. Una vez culminado el procedimiento de centrifugado la tapa se abre automáticamente
 10. Apagar el equipo
 11. Registrar el uso de equipo
-