Universidad de Cantabria


Informe de ensayo - Prensa Marshall


Referencia	ejemplo_informe_uc	Probeta	-
Operador	-	Adquisición	2026-09-21T20:09:09+00:00
Origen	SIMULACIÓN	Informe	21/09/2026 22:09
Fuerza máxima	2167.627 kp / 2167.627 kgf / 21257.16 N / 21.2572 kN	Deformación máxima	1.4537 mm
Duracion	11.00 s	Puntos	12
Notas	-	Dispositivo	USB-4716,BID#0

Configuracion y calibracion

Parametro	Fuerza	Deformacion
DB37 antiguo	1 (+) / 20 (-)	2 (+) / 21 (-)
USB-4716	AI0 (+) / AI1 (-)	AI2 (+) / AI3 (-)
Entrada	Diferencial / +/-5 V	Diferencial / +/-5 V
Factor	-1970.57 kp/V	2.643095 mm/V
Offset	0 kp	0 mm
Tara	+0.000000 V	+0.000000 V

Graficas


Curva fuerza - deformacion
Fuerza (kp)
Deformacion (mm)
0
500
1000
1500
2000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4


Fuerza - tiempo
Fuerza (kp)
Tiempo (s)
0
500
1000
1500
2000
0
2
4
6
8
10

Universidad de Cantabria

Tabla de datos

t (s)	V fuerza	V deform.	kp	kgf	N	kN	MPa	kgf/cm²	Def. (mm)
0.000	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.00	0.00000	—	—	0.00000
1.000	-0.100000	0.050000	197.057	197.057	1932.47	1.93247	—	—	0.13215
2.000	-0.200000	0.100000	394.114	394.114	3864.94	3.86494	—	—	0.26431
3.000	-0.300000	0.150000	591.171	591.171	5797.41	5.79741	—	—	0.39646
4.000	-0.400000	0.200000	788.228	788.228	7729.88	7.72988	—	—	0.52862
5.000	-0.500000	0.250000	985.285	985.285	9662.35	9.66235	—	—	0.66077
6.000	-0.600000	0.300000	1182.342	1182.342	11594.81	11.59481	—	—	0.79293
7.000	-0.700000	0.350000	1379.399	1379.399	13527.28	13.52728	—	—	0.92508
8.000	-0.800000	0.400000	1576.456	1576.456	15459.75	15.45975	—	—	1.05724
9.000	-0.900000	0.450000	1773.513	1773.513	17392.22	17.39222	—	—	1.18939
10.000	-1.000000	0.500000	1970.570	1970.570	19324.69	19.32469	—	—	1.32155
11.000	-1.100000	0.550000	2167.627	2167.627	21257.16	21.25716	—	—	1.45370